



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

MALZEMENİN ADI	KEMİK ALKALEN FOSFATAZ AKTİVİTESİ (B-ALP) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Orijinal ambalaj/kutu ve yöntem ELİSA olmalıdır Kiti verecek yüklenici bu kitin çalışılması için ELİSA okuyucu ve yıkayıcıda verecektir. Bozuk, hatalı ve çalışmayan ürünler yüklenici tarafından aynı marka yeni kitler ile, mümkün olmadığı takdirde bölümümüzce uygun görülen başka marka kit ile bölümün uygun göreceği süre içinde değiştirilecektir. Her kit kontrol serumu içermelidir.
	Kitler idarenin siparişinden itibaren 30 gün içinde kit/ kimyasal deposuna teslim edilecektir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Kit bilgi formunda belirtilen koşullarda saklanmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	ELİSA kitlerinin miadları en az 10 ay olmalıdır. Gerektiğinde miyadının bitmesine 2 ay kala birimlerin talepleri doğrultusunda yeni miyadlılarla değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Kemik Alkalen fosfataz (B-ALP)(ELİSA) :
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. İnsan serum veya plazması ile çalışmalıdır. 2. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 3. Teklif edilen kitlere ait UBB kaydı olmalı ve firma/firmalar bu kayıtları ihale dosyasına koymalıdır.

Dr. Murat KAYTIRZ

Doç. Dr. Ayşegül TELCİ

Prof. Dr. Beyhan ÖMEB