



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU:(KR1040) KATETER ABLASYON MULTICURVE

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Ablasyon kateteri 3 kontrollü olmalıdır.
2. Kateterin kullanılabilir uzunluğu 110 cm olmalıdır.
3. Uç elektrodu 4 mm, diğer uç elektrod 2 mm olmalıdır.
4. Elektrod konfigürasyonu 2/5/2 mm ve 5/5/5 mm seçeneklerinde olmalıdır.
5. Uç elektrodunda termokuplör sensörü bulunmalıdır .
6. Kateter simetrik ve asimetrik curve yapabilmelidir.
7. Kateter kalınlığı maksimum 7 French olmalıdır.
8. Curve açısı 0 ile 270 ° arasında ayarlanabilmelidir.
9. 90 ° de kateter curve açılımı 40- 75 mm arasında olabilecek seçeneklerde kateter çeşitlerine sahip olmalıdır.
10. RF ablasyonu yapılan merkezlerdeki RF jeneratörlerine uygunluk bakımından Atakr II RF ablasyon jeneratörü ile uyumlu olmalıdır
11. SVT-Taşikardi Aksesuar yollarının vb. aritmilerin ablasyonununda kullanılan sarf malzemelerin hastaya gerekli inceleme ve ablasyon yapabilmesi için bu sarf malzemelerin ilgili firma tarafından her bir hasta için ayrı ayrı temin etmelidir.
12. Ablasyon işlemi gününde cihazın firma tarafından temin edilmesi gerekmektedir.
13. Kateterler bitene kadar cihaz ile birlikte Elektrofizyoloji sistemi temin edilmelidir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi,

İMZA-KAŞE

Doktor Öğretim Üyesi
Dr. İbrahim Bilal KARAYVAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 140060
İz. Tes. No: 111646

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ali ERTÜRK
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 140042
İz. Tes. No: 115242

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Mehmet MERCANOĞLU
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 38883
İz. Tes. No: 31265-42117
Kardiyoloji İht. No: 38883-42117



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla, sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA KAŞE

Doktor Öğretim Üyesi
Ekrem Bilal KARAAVAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 140060
Uzn. Tes. No: 111646

Doc. Dr. Ali ELİTOK

İMZA KAŞE
İ.T.F. Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 11152 42
Uz. Tes. No: 14666 - 115242

İMZA KAŞE

Prof. Dr. Fehmi MERTÇİNOĞLU
İst. Tıp Fak. Kardiyoloji A.B.D.
İç Hase. C/o. No: 38033-42117
Kardiyoloji İht. No: 1265-42117
Kardiyoloji İht. No: 38803-42117