



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ



SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	EEG PASTASI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Disk tipi EEG elektrotları ile kullanılabilir olmalıdır. 2. Yapışkan özelliğe sahip olmalıdır. 3. Pasta orijinal olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	4. Polyoxethylene 20 Cetyl Ether içermelidir. 5. Yüksek elektrik iletkenliğine sahip olması için kalsiyum karbonat ve potasyum klorid içermelidir. 6. Suda eriyebilen özellikte olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	7. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	8. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	9. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 10. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 11. Malzemenin Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 12. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	13. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	14. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 15. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 16. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 17. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 18. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Merkez Ambarına veya ilgili birim deposuna getirecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Uzm. Dr. N. Görkem ŞİRİN İNAN
Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 28118

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Dip. Tes. No : 49521
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ



SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

MALZEMENİN ADI	KOLLODİUM 4%
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Uzun süreli EEG (Elektroensefalogram) çekiminde kullanıma uygun olacaktır. 2. 1 lt'lik kahverengi cam şişelerde sunulmalıdır. 3. Ürün üretim mahalinde şişelenmiş olmalıdır. 4. Her bir şişede ürünün fabrika çıkış seri nosu yer almalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	5. %4-4.2 kolloidium içermelidir. 6. Nitrojen içeriği kuru sellöloz nitrat halinde %12-6'dan fazla olmamalıdır. 7. Yoğunluğu 2°C-4°C arasında 0.75-0.755 g/ml arasında olmalıdır. 8. Rensiz olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	9. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	11. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 12. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 13. Malzemenin Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 14. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	15. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	16. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 17. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 18. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 19. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir. 20. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Merkez Ambarına veya ilgili birim deposuna getirecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Uzm. Dr. N. Görem SİRİN İNAN
Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A. B. Ş. D. B. D.
Dip. Tes. No: 128116

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Mehmet Barış BASLO
Dip. Tes. No : 49521
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İstanbul Tıp Fakültesi
Nöroloji A. B. Ş. D. B. D.
Dip. Tes. No: 128116