

	<p>T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ</p> <p>SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU</p>	
---	---	---

MALZEMENİN ADI	KILAVUZ TEL 0.035" AMPLATZ 70-100CM J UÇLU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1.Vasküler ve non-vasküler işlemler için gerekli desteği sağlayacak şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır. 2.Fixed core özelliğe olup,düşük sürtünme yüzeyi sağlamak için dış yüzeyi PTFE ile kaplı olmalıdır. 3.Ucundaki flexible kısım en az 3 cm olmalıdır. 4.En az 0.035 inch kalınlığında olmalıdır. 5.90 cm uzunluğunda olmalıdır. 6.Uç kısmı J olmalıdır.Değişik uç uzunluklarına sahip olmalıdır. 7.Yüksek yönlendirme ve manevra yeteneğine sahip olmalı gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1 . Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibariyle, sipariş verilen ürünleri en geç 10 takvim günü içinde İstanbul Üniversite İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesine teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. N. Senca SENCER
Dip. No: 21722/25190
İstanbul Tıp Fakültesi
Radiyolojik A.D.

İMZA-KAŞE
İst. Uni. İst. Tıp Fak.
Radyoloji A.B.D.
Prof. Dr. Memduh Dursun
Tes. No: 100979

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Radiyoloji Anabilim Dalı
Doç. Dr. Mehmet ÖZGÜL
Diploma No: 21722/25190
Ulusal Bilgi Bankası Kodu: 100979