



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK
ŞARTNAME FORMU



**MALZEMENİN
ADI**

MUHTELİF UÇLAR

**TEKLİF
DOSYASINDA
İSTENEN
BELGELER**

1. TITUBB veya ÜTS Ürün Onay Belgesi: İsteklinin teklif ettiği ürün/ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği 93/42/EEC MDD, 90/385/EEC AIMDD ve 98/79/EC IVDD kapsamında ise Firma / Bayi Kodu Belgesi, T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) kapsamında değil ise ürünün kapsam dışı olduğunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.

**FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ**

1. Sagittal Testere uçlarının kalınlığı 0.4mm ve 0.6mm olmalıdır.
2. Teklif edilecek uçlar 20.000 rpm devirde dönebilecek sisteme sahip olmalıdır.
3. Sagittal Testere uçları 18.5mm x 16.5mm, 25mm x 9.3mm, 31mm x 13.2mm, 39mm x 13.2mm, 18mm x 9mm uç uzunluğuna sahip olmalıdır.
4. Yatay testere uçlarının kalınlığı 0.4mm olmalıdır.
5. Yatay Testere uçları 14.5mm, 23mm, 23.4mm uzunluğa sahip olmalıdır.
6. Uçlar tek kullanımlık olmalıdır.
7. Uçlar birim demirbaşında bulunan Primado marka Testere Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
8. Teklif verilecek uçlar aşağıdaki adet ve ölçülerde toplam 45 adet olmalıdır.

Katalog No	Tur Ucu	Adet
PDS-SO-433	Sagittal Tur Ucu 18.5mm x 16.5mm x 0.4mm	3
PDS-SO-442	Sagittal Tur Ucu 25mm x 9.3mm x 0.4mm	5
PDS-SO-452	Sagittal Tur Ucu 31mm x 9mm x 0.4mm	5
PDS-SO-453	Sagittal Tur Ucu 39mm x 13.2mm x 0.4mm	10
PDS-SO-632	Sagittal Tur Ucu 18mm x 9mm x 0.6mm	5
PDS-RE-4023E	Yatay Tur Ucu 0.4mm	5
PDS-RE-4028E	Yatay Tur Ucu 0.4mm	5
PDS-RE-4114	Yatay Tur Ucu 14.5mm x 0.4mm	1
PDS-RE-4223	Yatay Tur Ucu 23mm x 0.4mm	5
PDS-RE-4023	Yatay Tur Ucu 23.4mm x 0.4mm	1

**KABUL VE
MUAYENE**

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.
2. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her boydan en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.
4. Yüklenici firma; kurumun belirleyeceği sayıda ürünü tek giriş veya çift giriş olarak teslim edecektir.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Uzm. Dr. Erol KOZANOĞLU
Dip. Tes. No: 122149
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İMZA-KAŞE
İstanbul Tıp Fakültesi
Uzm. Dr. Ömer FİRKÖZ
Dip. Tesc. No: 16597
Plastik Rekonstr. ve Estetik Cer. Uzm.

Op. Dr. Bora Edim AKALIN
İMZA-KAŞE
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Estetik Uzmanı
Etiler Mes. No: 110280
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmanı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK
ŞARTNAME FORMU



ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

1. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.
2. Yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına 3(üç) ay kalan kullanılmayan malzemeleri en az 1(bir) yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir.

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.
2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.
3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6, 12, 24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.

İMZA - KASE
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Uzm. Dr. Erol KOZANOĞLU
Dip. Tes. No: 122149
Plastik, Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

İMZA - KASE
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Uzm. Dr. Ömer ERKÖZ
Dip. Tes. No: 145974
Plastik Rekonstr. ve Estetik Cerr. Uzm.

İMZA - KASE
Op. Dr. Dora Edim AKALIN
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Diploma Teslim No: 110280
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi Uzmanı