



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

| | |
|----------------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI | Embriyo Transfer Katateri |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ul style="list-style-type: none">- Plastik koruyucu kılıf, PTFE dış katater ve poliüretan iç katater şeklinde üç parçalı olarak tasarlanmış olmalıdır. Dış katater 1cm aralıkla derecelendirilmiş olmalıdır. Ürün lateks içermemelidir.- İç katater 23 cm uzunluğunda ve 16 gauge çapında, ucu yuvarlatılmış ve iç kataterin tamamı ultrason altında belirgin şekilde görülebilmesini sağlayan ekojenik özellikte üretilmiş olmalıdır.- İç ve dış kataterlerin birlikte esneme ve eski şekline dönme özelliğine sahip olmalıdır. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | Oda ısısında, nemden ve aşırı sıcaktan uzak saklanmalıdır. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | Yardımla üreme tedavisinde elde edilen embriyoların uterusu transferine imkan tanıyacak özellikte olmalıdır. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ | Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | Tekli paketler halinde ve steril koşulları sağlayacak şekilde paketlenmiş olmalıdır. |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | 1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. |

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Sibel BULGURÇUOĞLU KURAN
Kadın Hast. ve Doğum A.D.
ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Ayşe Filiz

İMZA-KAŞE

Yasim Erhan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

| | |
|----------------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI | Çift Lümenli Ovum Aspirasyon İğnesi |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | - İğne paslanmaz çelikten yapılmış, keskin uçlu, ucu quinee tipinde, 16 gauge çapında, uzunluğu tutma yerinden itibaren 35cm ve çift lümenli olmalıdır. - Line'lar pürüzsüz ve oositlerin kolayca toplanabilmesi için uygun özellikte ve uzunluğu 700-900 mm poliüretan ve 1.5mmx2.3 mm ölçülerinde olmalıdır. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | Oda ısısında nemden, aşırı sıcaktan uzak saklanmalıdır. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | Yardımla üreme tedavisi amacı ile ovum aspirasyonuna uygun özellikte olmalıdır. |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI | Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | - Sete ait tüm parçalar steril olmalı ve sterilizasyon yöntemi ETO olmalıdır. - Tekli paketler halinde steril olarak paketlenmiş olmalıdır. |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | 1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. |

İMZA-KAŞE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dr. Sibel BULGURCUOĞLU KURAN
Kadın Hast. ve Doğum A.D.
ÜYTE Laboratuvar Sorumlusu

İMZA-KAŞE
Ayşe Altun

İMZA-KAŞE
Yasim Erken