



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

Gigli telli 1.4 MM – 40 MM

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

1. Gigli tel testere paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Testere uçlarındaki delikler 4 mm çapında olmalı ve testere kullanım sırasında kopmaması için kıvrılma ve bükülmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Gigli testerenin uç kısımları pürüzsüz ve lehimli olmalıdır.
4. Çift sargılı olmalıdır

KİMYASAL  
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE  
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADI

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE  
MİKTARI

1. T.C Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
5. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Hayati DURMAZ  
Dış. Teşhis No: 28722  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Doç. İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ali ERSEN  
Dış. Teşhis No: 10076  
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Etiler - İstanbul

İMZA-KAŞE

Op. Dr. Ömer Neset ERDOĞAN  
Dış. Teşhis No: 117114  
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Etiler - İstanbul



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Hayati DURMAZ  
İmza Tesci No: 29122  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ali ERŞEN  
Dip. Tesci No: 126076  
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Mustafa ERGİN  
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı  
Çapa - İstanbul