



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ANTI-EMBOLİ ÇORABI MEDIUM, DİZÜSTÜ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Çoraplarda bacadan kaymayı önleyecek şekilde üst kısımda tutucu bir bölüm bulunmalı ancak bu bölüm turnike etkisi yapmamalıdır.2. Çoraplar anti-alerjik, hava geçirgen ve parmak kısmı açık olmalıdır.3. Çoraplar yıkanabilir olmalı, yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir. Çoraplar orta basınçta (30-40 mmHg) olmalıdır.4. Parmak kısmı açık olmalıdır.5. Anti-embolik çorapların ambalajı yırtılma ve ıslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.6. Renk: Beyaz olacaktır.7. Çorapların S-M-L-XL-XXL boyları olmalıdır. İdarenin isteği doğrultusunda istenilen miktarlarda verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim pakette bir çift çorap bulunmalı, ambalajın üzerinde; a.Ebadı, b.Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, c.Markası d.Son kullanma tarihi e.Lot ve referans numarası belirtilmelidir.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim

İMZA-KAŞE

Baris T. W. Ali
Hastane Müdürü
15.12.2018

İMZA-KAŞE

Nurhan Hacıoğlu
Sarf Malzeme
Müdürü

İMZA-KAŞE

Ebru Kınar
Sarf Malzeme
Müdürü



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1 adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
4. Rutubet veya ıslanma nedeni ile bozulmuş çoraplar kabul edilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

Berrin TUNALI
Kamusal İhtiyaçlar Genel Müdürlüğü
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Sarf Malzeme Teknik Şartname Formu

İMZA-KAŞE

Nurullah Hacıoğlu
Mey

İMZA-KAŞE

Ebu Kibar
Selen



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ANTI-EMBOLİ ÇORABI MEDİUM, DİZALTI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Çoraplarda bacadan kaymayı önleyecek şekilde üst kısımda tutucu bir bölüm bulunmalı ancak bu bölüm turnike etkisi yapmamalıdır.2. Çoraplar anti-alerjik, hava geçirgen ve parmak kısmı açık olmalıdır.3. Çoraplar yıkanabilir olmalı, yıkama sonrası çorap basınç etkisini ve esnekliğini kaybetmemelidir. Çoraplar orta basınçta (30-40 mmHg) olmalıdır.4. Parmak kısmı açık olmalıdır.5. Anti-embolik çorapların ambalajı yırtılma ve ıslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.6. Renk: Beyaz olacaktır.7. Çorapların S-M-L-XL-XXL boyları olmalıdır. İdarenin isteği doğrultusunda istenilen miktarlarda verilecektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim pakette bir çift çorap bulunmalı, ambalajın üzerinde; a.Ebadı, b.Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, c.Markası d.Son kullanma tarihi e.Lot ve referans numarası belirtilmelidir.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim

İMZA-KAŞE

Berrin TUNALI
Nispetiye Hastanesi Sarf Malzeme Ambarı

İMZA-KAŞE

Mr. Su Haçcı
Sarf Malzeme Ambarı

İMZA-KAŞE

Ebu. Kınar
Sarf Malzeme Ambarı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1... adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
5. Rutubet veya ıslanma nedeni ile bozulmuş çoraplar kabul edilmeyecektir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Nurhan Hacıoğlu

Ebu Kırar



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	DİSPOSABLE ÇAM UÇLU(REKTAL/İRİGASYON) ENJEKTÖRÜ 50 ML
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Enjektör plastikten imal edilmiş ve pistonu contalı olmalıdır.2. Ucu konik (çam uçu) yapıda, standart idrar ve nazogastrik sondalara uyumlu olmalıdır.3. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabilecek ve ana gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.4. Enjektörün gövdesi transparan ve 50 ml. lik olmalı, üzerinde okunaklı mililitre işaretleri bulunmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Enjektörler etilen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.5. Enjektörler steril paketlerde tek kullanımlık olmalıdır.6. Enjektörlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için ıslanmaya, yırtılmaya karşı dayanıklı ve iyi yapışmış olup, aynı zamanda bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme, TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
2. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilirler.
3. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...2 adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ücretsiz olarak değiştirecektir.
5. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
6. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Nurhan Hacıoğlu

Ebu Kiraner



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	DİSPOSABLE STERİL ENJEKTÖR İĞNE UCU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">No::20 G Sarı Uç, No: 26 G Kahverengi Uç,İğne uçlarının paketleri sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.İğne ucu pütürsüz olmalı, iğne ucu cilde rahatça girmeli ve takılma olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.Malzeme üzerinde Türkçe kullanım açıklaması veya kitapçığı bulunmalıdır.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.İğne uçları steril paketlerde ambalajlanmış, her ambalaj içinde tek olmalı, tek kullanımlık olmalı ve koruyucu kılıf içinde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

[Handwritten signature and stamp]

İMZA-KAŞE

[Handwritten signature]

İMZA-KAŞE

[Handwritten signature]



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
3. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler.
4. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...5... adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
6. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
7. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Nurhan Hacıoğlu

Ebu Kirener



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ENDOSKOPIK AĞIZLIK DİSPOSABLE, YETİŞKİN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Sızdırmaz kenar tasarımına sahip olmalıdır. 2.Kolay suction ve scope'a eklenmesi için yanlarda kenar portlan olmalıdır. 3.Ağızlık polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır. 4.60 FR erişkin boy olmalıdır 5.Disposable ve tek kullanımlık olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Ağızlık kayışlı lateks içermeyen maddeden yapılmış olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlara üzerinde; a- üretim tarihi, b-Ebadı, c-Lot numarası, d-Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, e-Markası, f-Uzunluk ve genişlik bilgileri olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 2 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 2.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Emine ÖZCAN
Monoblok Ameliyathaneleri
Sorumlu Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Dilara KILIÇAL
Hemşire



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ULTRASON JELİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.Akustik olarak yüksek geçirgenlik özelliğine sahip olmalıdır. 2.Cilt üzerine kolay sürülebilmesi, cildi uzun süre nemli tutmalıdır. Cihaz ve cilt üzerinde kısa sürede kuruyarak işlemi güçleştirilmemelidir. 3.Jel cihazın prop yüzeylerine zarar vermemelidir. 4.Jel kapları, içindeki jeli kolayca başaltabilecek yumuşaklıkta ve biçimli hacimde olacaktır. Kutu sıkıldıktan sonra eski haline dönmelidir. Sıkılmış halde kalmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Aseton, metanol, denatüre etil alkol, mineral yağları, iyot veya parfüm içermemelidir. 2.Jel renksiz şeffaf olmalıdır. Leke yapmamalıdır. 3. Alerji yapmamalıdır. 4.Suda kolaylıkla çözülebilmeli, suyla kolaylıkla temizlenmelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Normal depo sıcaklığında saklanacaktır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Ultrason,ekg cihazlarında ve fizik tedavilerde hasta hizmetinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.En az 2 yıllık miada sahip olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Jel, 1 lt'lik veya 0,5 lt'lik kaplarda olmalıdır. 2. Kap üzerinde kaç litre olduğu yazılı olmalıdır. 3. Ambalajın üzerinde; a-üretim tarihi, b-ebadı, c-lot numarası, d-sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, e-markası, f-sterilizasyon yöntemi bilgileri olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yerle elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. 2.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak

İMZA-KAŞE

Hatice Ünal Hemsire

İMZA-KAŞE

Azucante

İMZA-KAŞE

Dr. Berke ERDOĞAN



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
5.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

Hatice Ünal (Hemşire)
Hatice Ünal

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Dr. Berke ERDOĞAN
Dr. Berke ERDOĞAN