



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>“FLEKSİBLE” ENDOSKOP DEZENFEKTANI</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1.Solüsyon, kullanıma hazır olmalı ve sulandırılmadan kullanılmalıdır. Kullanıma hazır formunun içerisinde tortu bulunmamalıdır. Aktivasyon gerektirmemelidir. 2.Solüsyonun rahatsız edici kokusu bulunmamalıdır.
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	1.Hem manuel hem de otomatik makinelerde kullanım için uygun bir solüsyon olmalı, yıkama makinelerinde paslanma ve erozyona neden olmamalıdır. Bu sorunlara neden olmadığı konusunda satıcı firma yazılı olarak taahhüt etmelidir. Dezenfeksiyona bağlı bu sorunlar çıktığı takdirde satıcı firma zararı karşılamayı taahhüt eden belgeyi muayene ve kabul komisyonuna teslim etmelidir. 2.Dezenfektan solüsyon, bakteriler, mantarlar ve virüsler (Hepatit B, Hepatit C, HIV dâhil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalıdır. 3.Dezenfektan solüsyonun dezenfektan aktivitesi test stripleri kullanılarak test edilmelidir. İhaleyi kazanan firma aylık en az 100 adet olmak üzere kontrollere yetecek kadar test stripi sağlamalıdır. Ayrıca yüklenici firma ürünü kullanım sonrası nötralize etmek için gerekli nötralizan maddeyi vermelidir. 4.Dezenfektan solüsyonu %0.55- 60 konsantrasyonda Orto-Fitalaldehid (Ortho-Phthalaldehyde) içermelidir. Gluteraldehid, Formaldehid, Kuarterner Amonyum, Metanal, Fenol ve Klor içermemelidir. 5.Solüsyon, her türlü cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının ( maske, ambu, vb. ) ve Fakültemiz demirbaşına kayıtlı Storz, Olympus, Pentax, Fujinon marka endoskoplara dezenfeksiyonu için uygun olmalıdır. Paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama gibi zedelenmelere neden olmamalıdır. 6.Solüsyon, 14 gün tam etki süresine sahip olmalıdır. 7.Solüsyonun toksik, iritan etkisi bulunmamalıdır. 8.Solüsyon geniş Ph ( 3-9 ) aralıklarında etkili olmalıdır. 9.Hızlı dezenfeksiyona (5-15 Dakika) olanak sağlamalıdır. 10.Üretici firmanın kendi dezenfektanının kimyasal bileşenleri ile uyumlu, endoskoplara zarar vermeyecek enzimatiği mutlaka olmalı ve yüklenici firma dezenfektan ile birlikte ürün kullanım talimatında önerilen oran kadar enzimatiği temin etmelidir.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1.Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
E-Posta: 133117

İMZA-KAŞE

Aslı ÖZDEMİR  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hem. Rukiye CİHAN  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1.Ürün, Üroloji Endoskopi Üniteleri hariç ısıya duyarlı cerrahi, medikal aletlerin, anestezi ekipmanlarının ve fleksible endoskopik cihazların yüksek düzey dezenfeksiyonunda kullanılabilir. Sunulan ürünün üzerinde mutlaka fleksible endoskop dezenfektanı ibaresi bulunmalıdır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1.Solüsyonun raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır. Hastaneye teslim tarihi itibarıyla en az 18 ay olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1.Solüsyon, 3- 5 litrelik ambalajlarda sunulmalıdır. 2.Ambalajlar orijinal kilitli kapaklı olup üzerinde Türkçe olarak, ürünün kullanımı, yan ve toksik etkilerine ilişkin uyarılar üretim ve son kullanma tarihi, seri numarası olmalıdır.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1.Ürünün akredite olduğunu gösterir T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı Ulusal Bilgi Bankası (UBB ) kodunu gösterir belge, orijinal etiket ve prospektüs bilgileri olmalıdır. 2.İstekli firma teklif ettiği ürünün her türlü cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının ( maske, ambu, vb. ) ve Fakültemiz demirbaşına kayıtlı Storz, Olympus, Pentax, Fujinon marka endoskopların dezenfeksiyonu için uygun olduğunu, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama gibi zedelenmelere neden olmadığını belgeleyen yukarıda sözü edilen markalar tarafından verilmiş uygunluk belgelerini ihale sırasında İhale Komisyonuna sunmalıdır. 3.İstekli firma teklif ettiği ürünün, bakteriler, mantarlar ve virüsler (Hepatit B, Hepatit C, HIV dâhil) üzerinde öldürücü etkiye sahip olduğunu gösterir T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite hastaneleri veya uluslararası referans merkezlerden alınan <b>Mikrobiyolojik Aktivite Belgesini</b> ihale sırasında İhale Komisyonuna sunmalıdır. 4.Ürünün nötralize edilmesi gerekmiyorsa firma bunu belgelemelidir. 5.İhaleyi kazanan firma ihtiyaç durumunda ürün kullanımı ile ilgili olarak istenilen günler ve saatlerde eğitim verebilmeli ve gerekli dokümanları sağlamalıdır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
Dij. Tescil No: 133117

AŞİ ÖZDEMİR  
İnfeksiyon Kontrol  
Beyoğlu

Yük.Hem.Rukiye CİHA  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- 6.İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi (dezenfektan ve enzimatik) ihale evraklarıyla birlikte ihale komisyonuna sunmalıdır.
- 7.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
- 8.İhale dosyasında sadece istenilen belgeler bulundurulmalı, belgelerin orijinalinin yanı sıra Türkçe çevirileri de bulundurulmalıdır istenilen belgelerin dışında belge konulmamalıdır.
9. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İnfeksiyon Hastalıkları ve  
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı  
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ  
Dip. Tescil No: 133117

İMZA-KAŞE

AŞİ ÖZDEMİR  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi

İMZA-KAŞE

Yük. Hemş. Rukiye CİHAN  
İnfeksiyon Kontrol  
Hemşiresi