



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	STERİLİZASYON RULOSU (DÜZ)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Vakuma dayanıklı olmalı, 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır.2. Buhar Sterilizasyonuna girdiğinde kağıt kısmı yanmamalıdır.3. En az 2 kat filminden imal edilmiş olmalıdır.4. Ürünler; 150, 200, 250, 300, 350 ve 400 mm eninde 200 m (+/- 5 mt) boyunda, rulo halinde ölçüleri olmalıdır.5. Bariyer kısmı en az yedi milimetre olmalıdır.6. Paketlenmiş ürünler şeffaf filminden rahatlıkla görülebilmelidir. Rulo kapatıldığında çok katlı filmi daha koyu tona dönerek kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtık ve çatlak tespiti sağlamalıdır.7. Rulolarda açılma yönünü gösteren işaret olmalıdır.8. Sterilizasyon esnasında poşetler kendiliğinden açılmamalıdır.9. Rulolar; sterilizasyon sonrasında içerisindeki malzemeler kullanılmak amacıyla açılırken parçalanmamalı ve partikül bırakmamalıdır.10. Sterilizasyon rulosuna ait bilgiler (en, boy ölçüleri, sterilizasyon türü, vb..) bariyer kısmında bulunmalı, diğer bölgelerde herhangi bir yazı bulunmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Kağıt kısmındaki indikatörler nontoksik özelliğe sahip olmalıdır.2. Gaz ve buhar indikatörleri kağıt ile film arasında kenarda olmalı yerleşimleri asıl sterilizasyon bölgesinin dışında olmalıdır.3. İşleme girmemiş rulolardaki indikatörlerin rengi ile işleme girenlerin arasındaki renk değişimi belirgin olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sterilizasyon rulosu hem buhar otoklavında, hem de formaldehit gaz sterilizatöründe steril edilebilme özelliğine sahip olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sterilizasyon rulolarının miadı teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. Etiketinde ürünün içeriği tam olarak belirtilmeli, ayrıca üretim tarihi, son kullanma tarihi, seri numarası, üretici firma ismi ve ürün kod numarası yazılı olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.2. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.3. İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Dilara KILIÇAL
Hemşire

Emine ÖZCAN
Menoblok Ameliyathaneleri
Sorumlu Hemşiresi

Leman KORKMAZ GÜNEŞ
Microblok Ameliyathaneleri



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeleri, internet çıktısı olarak sunabilirler.

4. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az 5 metre** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

5. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

Dilara KILIÇAL
Hemşire

Dilara

İMZA-KAŞE

Emine ÖZCAN
Monoblok Ameliyathaneler
Sorumlu Hemşiresi

Emine ÖZCAN

İMZA - KAŞE

Leman KORKMAZ GÜNEY
Monoblok Ameliyathaneler
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Leman KORKMAZ GÜNEY