



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1-Bantlar en fazla 7 en az 4 adet olmalıdır.
2-Bant atma materyali ip ve tel olmalıdır.
3-Bantlar atım ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş alanını daraltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır.
4-Bant atıldıktan sonra bant varisi sıkı kavramalı ve bırakmamalıdır.
5-Tutaç her 180° çevrildiğinde bir bant atıldığını sesli veya klik hissi ile doğrulamalıdır.
6-Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1-Kuru ve serin yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

1-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1-T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2-Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3-Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4-Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1-Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az1..... adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştirılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. »
3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4-Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
3398 / Akad. B. - 67718
152 / M. S. 106 - 67718
Gastroenteroloji Uzmanı
İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE
Gastroenteroloji Uzmanı
İstanbul Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No: 40985
İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Bilimsel Başkanı
Prof. Dr. Selma BESİŞİK
İMZA-KAŞE
Dip. Tes. No: 40985
İç Hastalıkları Uzmanı