



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (HO1000) FOTOFEREZ SETİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>1- Kullanılacak malzeme tek kullanımlık ve (disposable) steril olmalıdır.</li><li>2- Cihaz ve üzerindeki UV-A lambasının teknik bakım ve onarımı firma teknik personelince düzenli olarak yapılmalıdır.</li><li>3- Ekstrakorporeal Fotoferez tedavisinde kullanılacak set kapalı sistem olmalı, santrifüj yaparak ürün toplama ve UV-A ışınlama işlemi tek bir cihazda gerçekleşmelidir.</li><li>4- Ekstrakorporeal Fotoferez tedavisindeki malzemeler;<ol style="list-style-type: none"><li>a) Ekstrakorporeal Fotoferez seti tek kullanımlık ( disposable )</li><li>b) Metoksalen steril solüsyon ( Psoralen-Parantral form )</li><li>c) UV-A lambaları</li><li>d) İki adet serum fizyolojik 500 cc.</li><li>e) Heparin ( 5ml. – 25.000 ünite )</li><li>f) Damar yolu açmak için fistül iğnesi 16g., damar yolu uygun değilse talep üzerine 11,5 f– 12 f çift lümen kateter.</li></ol></li><li>5- Cihazda oluşan teknik arıza veya kullanılan kitteki üretim arızası nedeni ile kullanım dışı kalan malzemeler firma tarafından karşılanmalıdır.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	Ambalajında steril haldedir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tek kullanımlıktır
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.</li><li>2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li><li>3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.</li><li>4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	Hastadan kanı toplar ve Buffy- Coat denilen bir fraksiyon oluşturur. Fotoaktivasyon odasında UV ışın ve enjektale 8 mop ( Metoksipsoralen ) ile işlem görür. Hastaya tekrar geri verilir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. Meliha NALCACI  
İç Hastalıklar ve Hematoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 26712

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. İpek YONAL HİNDİLERDEN  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıklar Hematoloji B.D.  
Diploma Tescil No: 30329

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıklar Hematoloji B.D.  
Uzm. Dr. Murat ÖZBALAK  
Dip. No: 116319  
Dip. Tescil No: 116377



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla, sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

*Prof. Dr. Meliha NALCACI*  
İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıklar ve Hematoloji Uzmanı  
Dip. Tescc. No: 20712

İMZA-KAŞE

*Doç. Dr. İpek YÖNAL HINDLERDEN*  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıklar Hematoloji B.D.  
Diploma Tescc. No: 703526

İMZA-KAŞE

*Uzm. Dr. Mustafa Murat ÖZBALAK*  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
İç Hastalıklar ve Hematoloji B.D.  
Dip. No: 148310  
Dip. Tescc. No: 118317