



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI                       | SUT KODU:OR1680 YASSI DREN SİLİKON 10 MM FLAT REZERVUARSIZ  |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>İçi ince oluklardan oluşmalı, yassı biçimli, uç kısmı başlangıç noktasından itibaren perforeli olmalıdır.</li> <li>Silikon dren kısmı x-ray cihazlarda görünebilir özellikte olmalıdır. (opak yada x-ray çizgi),bu özelliği sağladığına dair belge ihale dosyasında sunulmalıdır.</li> <li>Dren ,direnç karşısında(drenin çekilmesi)esneme göstermemelidir.</li> </ol>   |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ürün intersil'den (medikal silikon) üretilmiş olmalıdır.</li> </ol>  |
| DEPOLAMA ŞARTLARI                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li> </ol>   |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Steril vücut boşluklarında kullanılacaktır.</li> </ol>   |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADI               | <ol style="list-style-type: none"> <li>Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.</li> </ol>   |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI             | <ol style="list-style-type: none"> <li>Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li> <li>Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.</li> <li>UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.</li> </ol>   |
| TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER | <ol style="list-style-type: none"> <li>Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.</li> <li>Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.</li> <li>İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.</li> <li>Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <a href="https://utsuygulama.saglik.gov.tr/">https://utsuygulama.saglik.gov.tr/</a> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktırUBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.</li> <li>İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.</li> <li>Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.</li> <li>Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.</li> </ol> |

İMZA-KAŞE

Han Mustafa Yıldırım  
Mühür

İMZA-KAŞE

Han Erme Özcan

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Mustafa FAOĞLU  
Kalp Hastalıkları ve Doğum Uzmanı  
Lisans No: 14554



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI                       | SUT KODU:OR1680 YASSI DREN SİLİKON 7 MM FLAT REZERVUARSIZ   |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ                 | 1. İçi ince oluklardan oluşmalı, yassı biçimli, uç kısmı başlangıç noktasından itibaren perforeli olmalıdır.<br>2. Silikon dren kısmı x-ray cihazlarda görünebilir özellikte olmalıdır. (opak yada x-ray çizgi),bu özelliği sağladığına dair belge ihale dosyasında sunulmalıdır.<br>3. Dren ,direnc karşısında(drenin çekilmesi)esneme göstermemelidir.  |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ                 | 1. Ürün intersil'den (medikal silikon) üretilmiş olmalıdır.   |
| DEPOLAMA ŞARTLARI                    | 1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.   |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ            | 1. Steril vücut boşluklarında kullanılacaktır.  |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI             | 1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.<br>2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.<br>3. UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.  |
| TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER | 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.<br>2. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.<br>3. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.<br>4. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <a href="https://utsuygulama.saglik.gov.tr/">https://utsuygulama.saglik.gov.tr/</a> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktırUBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.<br>5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.<br>6. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.<br>7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir. |

İMZA-KAŞE

Han. Hülya Özdemir

İMZA-KAŞE

Hem. Hülya Kahrıman

İMZA-KAŞE