



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

TERMAL KAĞIT

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Tıbbi kağıt alkol bazlı olup cihazların termal yazıcılarına zarar vermemelidir.
2. Kağıt 210 mm x 280 mm ölçülerinde A4 boyutunda Z katlamalı olmalıdır.
3. Tıbbi kağıtlar kaydedilen görüntülerinin oda sıcaklığında en az 10 yıl muhafaza etme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Tıbbi kağıtların hangi marka ve model cihazlar için üretilmiş oldukları ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
5. Tüm kağıtlar teklifte belirtilen ölçülerde, etiketleri üzerinde belirtilen metrajlara uygun olmalıdır.
6. Tıbbi kağıtlar Fakültemiz demirbaşına kayıtlı ve aşağıda marka ve modellenin belirtilen cihazlarda kullanıma uygun olmalıdır. Bu tıbbi kağıtların bir paketi en az 200 sayfa arasında olmalıdır. Paket üzerinde miktarı yazılı olmalıdır.
 - Efor Testi Kağıdı Marquette
7. Yükenici firma (Tıbbi kağıtları üreten firma veya Türkiye mümessili), teklif edilen kağıdın printerlarına zarar vermeyeceğini ve arıza durumunda, cihazın yetkili servisi tarafından arızanın kağıtlardan kaynaklandığının tespiti durumunda, bakım-onarım ücretini ödeyeceğini belirten taahhünameyi Muayene Kabul Komisyonuna verecektir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Normal oda sıcaklığında saklanabilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
2. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yükenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ali ELİTOK
Ekran Bilişim KARA
Tıp Fakültesi
Dip. Tes. No: 14503
Uz. Tes. No: 1152

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Ali ELİTOK
İ.T.F. Kardiyoloji A.D.
Dip. Tes. No: 1152 42
Uz. Tes. No: 74662 - 115242

İMZA-KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ



SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
3. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1. paket orijinal** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
5. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE
Dok. Dr. M. F. İTOK
İ.T.F. Kağıtçı A.D.
Dip. Tes. No: 52 42
Uz. Tes. No: 4882 - 115242