



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	ÖZOFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1-Bantlar en fazla 7 en az 4 adet olmalıdır. 2-Bant atma materyali ip ve tel olmalıdır. 3-Bantlar atım ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş alanını daraltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır. 4-Bant atıldıktan sonra bant varisi sıkı kavramalı ve bırakmamalıdır. 5-Tutaç her 180° çevrildiğinde bir bant atıldığını sesli veya klik hissi ile doğrulamalıdır. 6-Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır. 7-Standart boyu 9.5 mm- 13 mm arası endoskoba , pediatriye uygun xs boyu 8.6 mm -9.2 mm arası endoskoba uygun olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1-Kuru ve serin yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 8(sekiz)ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1-T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2-Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3-Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4-Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerinegün içerisinde sipariş üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1-Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az1..... adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir.Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4-Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Beharhan KAYA
İçişleri Bakanlığı
Gastroenteroloji
İstanbul Tıp Fakültesi
13661 23355

İMZA-KAŞE

10. İhtiyaçlar Birliği
Gastroenteroloji
İstanbul Tıp Fakültesi
13661 23355

İ.C. İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları A.B.D.
Gastroenteroloji B.D.
Dr. İbrahim Volkan BİRKAL
Tescil No: 121148 - 86842