



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	DİSPOSABLE SUNİ SOLUNUM MASKESİ (REZERVUARLI) (AMBU) İNFANT
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Cihazın balonu elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas hissedilebilir olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.2. Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi ve rahat uygulama için 360 derece dönebilecek bir yapıda olmalıdır.3. Maske yumuşak, kancalı ve hava yastıklı, şeffaf ve şişirebilir olmalıdır.4. Balon hacmi 280ml, sıkma hacmi 150ml, rezervuar hacmi 600ml olmalıdır.5. Basınç ayarlayıcı peep valfi olmalıdır.6. Basınç artışlarında nefesi atmosfere veren rahatlama valfine sahip olmalıdır.7. Oksijen girişi ve rezervuar girişi olmalıdır.8. Oksijen tüpü bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası içinde olmalıdır.9. Yabancı materyalin ambu torbasına girmesini önleyecek tek yönlü bir valf sistemi olmalıdır.10. Ambu maskesi 0 (sıfır) ve bir (bir) numaraları olmalıdır. Ambular term ve preterm bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır. Birimin isteği doğrultusunda istenilen boylar ve miktarda verilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Cihazın balonu medical kullanıma uygun malzemeden (Medical PVC) ve transparan (şeffaf) yapıda olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.5. Ambu parçalarını içeren taşınabilir bir poşet içinde olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Merkez Ambarına veya ilgili birim deposuna getirecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. A. İsmail ÇOBAN
Necrotoloji Uzmanı
Dip. No: 15830/19398

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. E. Zeynep İNCE
Dip. Teselli No: 33696
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı, Necrotoloji

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi Necrotoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Dr. İsmail İNCEL
Dip. No: 15830/19398



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
3. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. A. Arınç ÇOBAN
Nesliyeleji Uzmanı
D.Ş. No: 15330/19398

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. E. Zeynep İNCE
Dip. Tesdi No: 33696
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm. (Nesliyeleji)

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi Nesliyeleji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzman Dr. Ayşe ANGELE
Dip. Tesdi No: 121005
Tarih: 05/06/2018