



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

MALZEMENİN ADI	KEMİK ALKALEN FOSFATAZ (B-ALP) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Orijinal ambalaj/kutu ve yöntem ELİZA olmalıdır Bozuk, hatalı ve çalışmayan ürünler yüklenici tarafından aynı marka yeni kitler ile, mümkün olmadığı takdirde bölümümüzce uygun görülen başka marka kit ile bölümün uygun göreceği süre içinde değiştirilecektir. Her kit kontrol serumu içermelidir.
DEPOLAMA ŞARTLARI	Kitler idarenin siparişinden itibaren 30 gün içinde kit/ kimyasal deposuna teslim edilecektir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	ELİZA kitlerinin miadları en az 10 ay olmalıdır. Gerektiğinde miyadının bitmesine 2 ay kala birimlerin talepleri doğrultusunda yeni miyadlılarla değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Kemik Alkale fosfat (B-ALP)(ELİZA) :
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. İnsan serum veya plazması ile çalışmalıdır.2. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.3. Teklif edilen kitlere ait UBB kaydı olmalı ve firma/firmalar bu kayıtları <u>ihale dosyasına koymalıdır.</u>

Doç. Dr. Aytegin TELCI

Prof. Dr. Nihal SALMAYE

Prof. Dr. Beyhan ÖMER