

| | | |
|---|---|---|
|  | T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/> CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/> DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/> KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/> ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/> |
| | SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU | |

| | |
|-----------------------------|---|
| MALZEMENİN ADI | SUT KODU: (OR4280) MASKE NAZAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİLASYON İÇİN SİLİKON ESASLI ARA BAĞLANTILI |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> Set, yenidoğan hastalar için non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyonda nazal CPAP uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır. Ara Bağlantı Parçası, bebeğin hareketlerinden etkilenip yerinden oynamaması için düşük profilli olmalı, yüksekliği 1cm'i geçmemelidir. Ara Bağlantı Parçasının nazal prong veya maske bağlantısı bebeğin ebadına göre 45° veya 60° açılı olarak ayarlanabilmelidir. Hasta bağlantısı, Ara Bağlantı Parçasına takılan, yumuşak silikondan mamül en az 7 farklı ölçüde nazal prong veya en az 5 farklı ölçüde nazal maske ile olmalıdır. Bebekte basınç yaralarının oluşmaması için bu nazal prong ve nazal maskeler dönüşümlü olarak ara parçasına takılabilmelidir. Setin içindeki nazal pronglar, kaçak olmaması amacı ile ters konik yapıda olmalıdır. Setin içindeki nazal maskelerin üzerinde aspirasyon amaçlı 2 delik bulunmalıdır. Ara Bağlantı Parçası ile nazal prong veya nazal maskenin hastaya güvenli tespiti için, üzerinde Ara Bağlantı Parçasının hortumlarının tespit edilebileceği Velcro (Cırt cırt) bantlar bulunan, bebeğin cildini tahriş etmeyecek ve basınç yaratmayacak yumuşak %95 Polyamid, %5 Elastan materyalden mamül en az 8 farklı ölçüde renk kodlu tek kullanımlık bone olmalıdır. Her bone ile beraber maske veya prongların sabitlenmesi için 2 bant bulunmalıdır. Ara Bağlantı Parçasının üzerinde en az 12cm uzunluğunda esnek silikon inspirasyon ve ekspirasyon hortumları bulunmalıdır ve bu hortumlar standart yenidoğan ventilatör devrelerine bağlantı yapacak konnektörlere sahip olmalıdır. Set içeriği şöyle olmalıdır: <ul style="list-style-type: none"> 1 adet Ara Bağlantı Parçası 1 adet Nazal Prong veya Nazal Maske (hastanenin isteğine göre Prong çapı: 3.0mm, 3.5mm, 3.7mm, 4.1mm, 4.75mm, 5mm veya 5.5mm veya Maske genişliği: 14mm, 19mm, 21mm, 23mm veya 26mm olarak verilecektir) 1 adet Bone (hastanenin isteğine göre Bone çevresi: 17-19cm, 19-21cm, 21-23cm, 23-25.5cm, 25.5-28cm, 28-30cm, 30-33cm veya 33-36cm olarak verilecektir) Her set ile birlikte, hastaya takılacak bone ve nazal prong veya maske ebadını doğru belirlemek amacı ile kullanılacak tek kullanımlık mezura verilmelidir. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji
 Çocuk Sağlığı ve Hast. Uzm.
 Uzm. Dr. Aygün İNÇEL
 E-Posta: 1404254
 İzm. Tss. 190124306

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
 Prof. Dr. E. Zeynep İNCE
 Dip. Tescil No: 36696
 Çocuk Sağ. ve Hast. Uzm. Neonatoloji

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Abdullah COŞAN
 Neonatoloji Uzmanı
 Dip. No: 15930102



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az ...1.. adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep İNCE
Dip. Tıbbi No: 33696
Uzm. Tıbbi No: 29000

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. E. Zeynep İNCE
Dip. Tıbbi No: 33696
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Neonatoloji



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunulmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi Neonatoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. **AYŞE İNCEL**
Dip. No: 19330/19398
T.C. Sağlık Bakanlığı, İstanbul

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. **E. Zeynep İNCE**
Dip. No: 19330/19398
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Neonatoloji

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. **Asım ÖZKAN**
Neonatoloji Uzmanı
Dip. No: 19330/19398