



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU: (GS1090) ÖZEFAGUS BANT LİGASYON SETİ ÇOKLU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1-Bantlar en fazla 7 en az 4 adet olmalıdır.
- 2-Bant atma materyali tel olmalıdır.
- 3-Bantlar atım ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş alanını daraltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır.
- 4-Bant atıldıktan sonra bant varisi sıkı kavramalı ve bırakmamalıdır.
- 5-Tutaç her 180° çevrildiğinde bir bant atıldığını sesli veya klik hissi ile doğrulamalıdır.
- 6-Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.
- 7-Standart boyu 9.5 mm- 13 mm arası endoskoba , pediatriye uygun xs boyu 8.6 mm -9.2 mm arası endoskoba uygun olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

- 1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADI

- 1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

- 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığı'na ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri

İMZA-KAŞE

Dip. No: 15258/103695
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. F. AKYÜZ
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
3.3.918 / 41200 - 67718
6.2.04 / 61706 - 67718
Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. F. AKYÜZ
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
3.3.918 / 41200 - 67718
6.2.04 / 61706 - 67718
Gastroenteroloji ve Dahiliye Uzmanı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.

6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE
LÜ. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Doç.Dr. Aslı Çiğdem ÖZGÜÇ
Dip. Tesc. No: 16268/10395

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Filiz AKYÜZ
İstanbul Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji B. D.
3.93 - 4406 - 67718
6.04 - 6105 - 67718
Gastroenteroloji ve Üstüye Uzman



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (GS1720) PH METRE KATETERİ ÖZEFAGUS ANTİMON TEK KANALLI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1- Katater tek kullanımlık olmalıdır.2- Katater clear medical grade PVC meteryalden imal edilmiş olmalıdır.3- Katater çapı 2.1+ -0.5 mm den fazla olmamalıdır.4- Katater 1'er cm aralıklarla işaretlenmiş olmalıdır.5- PH sensörler antimony olmalıdır.6- Katater uzunluğu 150 cm den kısa olmamalıdır.7- Katater cihaza bağlantı ucu 8 pin moduler telefon plug olmalıdır.8- Katater tek sensörlü olmalıdır.9- Kataterin üzerindeki distal sensör kataterin en uç noktasında olmalıdır.10- Kataterin gövdesi üzerinde nazal uygulama sırasında travmaya neden olabilecek metal parçalar olmamalıdır.10- Katater internal referanslı olmalı, ayrı bir referans elektroduna ihtiyaç duyulmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1-Katater hastaya takılması sırasında konumunun tespiti amacıyla radyopak yapıda olmalıdır
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.4. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirme yükümlülüğüne sahiptir.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

I.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları/Gastroenteroloji Uzmanı
Doç.Dr. ASLİ ÇETİNKAYA BAŞIÖRMECİ
Dip. Tesc. No: 15258/103695



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA
Prof. Dr. Ferit AYDIN
Gastroenteroloji ve Diyetetik Uzmanı
1308 / 4431 / 191 C-1
İstanbul Tıp Fakültesi
D. O. 67/18
Z. 1/18

Prof. Dr. Sebrin KAYMAKOĞLU
İç Hastalıklar Uzmanı
Gastroenteroloji Hepatoloji
İstanbul Tıp Fakültesi
1308 / 2009

İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları/Gastroenteroloji Uzmanı
Doç. Dr. Ashik GİFTÇİBAŞI ÖRMECİ
Dip. Tesc. No: 15258/103695