

	<p style="text-align: center;"><b>T.C.</b> <b>İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME</b> <b>FORMU</b></p>	<p>İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/></p> <p>KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/></p> <p>ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/></p>
MALZEMENİN ADI	<b>KILAVUZ TEL 0.035" HİDROFİLİK SERT 260-300CM AÇILI UÇLU (SUT KODU: KR1072- GR1078 )-</b>	
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kılavuz telin gövdesi elastik nitinol yapıda malzemeden üretilmiş olmalıdır.</li> <li>2. Kılavuz telin ucu platinyumdan üretilmiş ve esnek olmalıdır.</li> <li>3. Klavuz telin gövdesi kayganlaştırıcı özel madde ile kaplanmış olmalıdır.</li> <li>4. Klavuz telin ucu önceden şekillendirilmiş (angled) tipte olmalıdır.</li> <li>5. Klavuz telle birlikte yönlendirici (torquer) verimelidir. Bu yönlendirici, klavuz telle tam uyumlu olmalı ve aynı ambalaj içinde teslim edilmelidir.</li> <li>6. Klavuz tel 0.035 inch kalınlıklarında olmalı ve 260 -300 cm uzunlukları ve arasında olmalıdır.</li> </ol>	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.	
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ		
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.	
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.</li> <li>2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li> <li>3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.</li> <li>4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.</li> </ol>	
TIBBİ ÖZELLİKLERİ		
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 10 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.	
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li> <li>2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li> <li>3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li> </ol>	

İMZA-KAŞE

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi  
Kardiyoloji Uzmanı  
Doç. Dr. Mehmet Emin Karatoprak  
Dip. Tes. No: 115242  
Uz. Tes. No: 115242

İMZA-KAŞE

Doktor Öğretim Üyesi  
Ekrem Bilal KARATOPRAK  
İ.T.F. Kardiyoloji Uzmanı A.B.D.  
Dip. Tes. No: 146060  
Uz. Tes. No: 111646

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Mehmet Emin Karatoprak  
İ.T.F. Kardiyoloji Uzmanı A.B.D.  
Dip. Tes. No: 115242  
Uz. Tes. No: 115242



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.

**İMZA-KAŞE**  
**Doç. Dr. Samim Erriet**  
Kardiyoloji Uzmanı  
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi  
No: 111646  
Uz. Tes. No: 74652 - 115242

**İMZA-KAŞE**  
Doktor Öğretim Üyesi  
**Ekrem Bilal KARAYVAZ**  
I.T.F. Kardiyoloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 146060  
Uz. Tes. No: 111646

**İMZA-KAŞE**  
**Doç. Dr. Ali ELİFOĞ**  
I.T.F. Kardiyoloji A.B.D.  
Dip. Tes. No: 115242  
Uz. Tes. No: 74652 - 115242