



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

SUT KODU: OR2130

VÜCUT BAKIM SETİ

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

Perine Bolge Temizleme Mendili

1. %3 oranında dimetikon içererek vücut sıvıları ile ilişkili inkontinans ve neme karşı etkili bir bariyer sağlamalıdır.
2. Kullanım sonrasında 60 saniye içinde cilt kurumalı, ciltte şeffaf nefes alabilen krem tabakası bırakmalıdır.
3. Cildi tek seferde temizlemeli, nemlendirmeli ve bariyer sağlayarak korumalıdır
4. Her inkontinans periodunda uygulanan temizlik cildi koruyarak bakım protokolüne uyum sağlamalıdır ve inkontinans alakalı dermatit oluşumunu önleyerek, inkontinans alakalı dermatit prevalansını azaltmalıdır. Bu özellik klinik çalışmalar ile desteklenmelidir.
5. Mendiller medical cihaz class I özelliğinde olmalıdır.
6. Yenidoğan ve yetişkinler için kullanıma uygun olmalıdır.
7. Sağlam, risk altında ya da hasar görmüş ciltler için kullanıma uygun olmalıdır.
8. Durulama ve kurulum gerektirmemeli, dokusu yumuşak olmalı ve anti-allerjenik özellikte olmalıdır.
9. Hasta alt bezlerinin, sabitleme örtülerinin ve pansuman ürünlerinin kullanımını olumsuz etkilenmemelidir.
10. Tek kullanımlık olmalı, geri dönüşüm özelliği olan non-woven malzemeden yapılmış yanmaz özellikte olmalıdır.
11. Renklendirici, katkı maddeleri, boya, koku, alkol ve paraben içermemelidir.
12. Ph dengeli olmalıdır.
13. Her paket 8(+2) mendil içermelidir.
14. Isıtılarak ve/veya odasında kullanılır özellikte olmalıdır.
15. Klorheksidin'li ürün kullanımı ile uyum[u] olmalıdır.
16. Paket özelliği ile kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
17. 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

Vücut yıkama Lifi

- 1- Ürün sürekli kullanıldığında ciltte kuruma ya da çatlamaya neden olmamalıdır.
- 2- kullanıma hazır olmalıdır.
- 3- Hoş Kokulu olmalıdır
- 4- Ph değer, 5,5-6,5 arasında olmalıdır.
- 5- Vücut florasını bozacak antiseptik solüsyon içermemelidir.
- 6- Çok az su ile ıslatıldığında etkin kullanılabilir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

2.

3.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Aygen YAVRU
Dip. Tescil No: 38287
Anesteziyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ali İzzet KILIÇ
Dip. Tescil No: 43170
Anesteziyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa YÜRK
Dip. Tescil No: 30091
Anesteziyoloji Uzmanı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ÜRETİM TARİHİ VE MİADI

1. Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl miadlı olmalıdır.
2.

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI

1. Hasta vücut bakım seti tek paket halinde olmalıdır. Paket üzerinde ürün markası, içerik bilgileri ve kullanma talimatı açıkça belirtilmelidir.
2. Ürün T.C- Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir. Ürünün geri ödemesi olduğunu belgeleyen SUT KOD'u olmalıdır.
3. Bir paket içerisinde;
a- 1 adet en az 10x20 ebatlarında olan en az 10 adet vücut yıkama lif içeren yıkama lifi paketi
b- 1 adet kendinden köpüren ve durulamaya gerek olmadan saç temizliğine olanak sağlayan saç yıkama bonesi
c- En az 2 adet kurulama havlusu
d- Perine bölge temizleme mendili olarak ise aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır.

TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.
2. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.
3. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
4. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır. ÜBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.
5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
6. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Ayşen YAVRU
Dip. Tescil No: 38267
Anesteziyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ali Emre YILMAZ
Dip. Tescil No: 13970
Anesteziyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZKURK
Dip. Tescil No: 60091
Anesteziyoloji Uzmanı