



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	SUT KODU:OR3190 LAPAROSKOPİK LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU OYNAR BAŞLIKLIL 30-35 MM VASKÜLER DOKU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir.</li><li>Endoskopik Rotiküler Stapler kartuşu kanama kontrolünü ve güvenliği sağlamak amacıyla ideal B Formasyonu ile kapama yapabilecek teknolojiye sahip değildir.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 26 mm, kesi uzunluğu en az 30 mm olmalıdır.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 1 mm olmalıdır.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en az 3mm, bacak uzunluğu en az 2 mm olmalıdır.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en az 0.2mm olmalıdır.</li><li>Artiküle staplerle uyumlu olmalıdır veya kartuşun kendisi artiküle olabilme özelliğine sahip olmalıdır.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Disposable olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li><li></li><li></li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.</li><li></li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.</li><li>UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.</li><li>Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.</li><li>İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.</li><li>Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <a href="https://utsuygulama.saglik.gov.tr/">https://utsuygulama.saglik.gov.tr/</a> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktırUBB koduna sahip olan malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.</li><li>İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.</li><li>Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.</li><li>Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.</li></ol>

İMZA-KAŞE  
Prof. Dr. Alkan YILDIRIM  
Kadın Hastalıklar Doğum Uzmanı  
İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dip. No: 16865-20184  
Tescil No: 20042

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE  
İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Arker ÖZCAN  
Göğüs Cerrahisi Uzmanı  
Dip. Tesc. No: 30896 / 91040

	<b>T.C.</b> <b>İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ</b> <b>SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME</b> <b>FORMU</b>	İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/> CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/> DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ <input type="checkbox"/> KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/> ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ <input type="checkbox"/>
<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>SUT KODU:OR3190</b> <b>LAPAROSKOPIK LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU OYNAR</b> <b>BAŞLIKLIL 45 MM KALIN DOKU</b>	
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 45 mm, kesi uzunluğu en az 42 mm olmalıdır.</li> <li>Endoskopik Rotiküler Stapler kartuşu kanama kontrolünü ve güvenliği sağlamak amacıyla ideal B Formasyonu ile kapama yapabilecek teknolojiye sahip olmalıdır.</li> <li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 2.0 mm olmalıdır.</li> <li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en az 3 mm, bacak uzunluğu en az 4.1 mm olmalıdır.</li> <li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en az 0.2 mm olmalıdır.</li> <li>Kartuş içerisindeki zımba sayısı en az 66 olmalıdır.</li> <li>Endoskopik lineer kesici kartuşu artiküle olabilmeli veya proksimal 22 mm, distal 8mm çene açıklığı ile dokuları kolay manipüle edilebilmelidir.</li> </ol>	
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Disposable olmalıdır.</li> </ol>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li> <li></li> <li></li> </ol>	
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>		
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.</li> <li></li> </ol>	
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li> <li>Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.</li> <li>UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.</li> </ol>	
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>		
<b>TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.</li> <li>Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.</li> <li>İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.</li> <li>Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <a href="https://utsuygulama.saglik.gov.tr/">https://utsuygulama.saglik.gov.tr/</a> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.UBB koduna sahip olan</li> </ol>	
<b>İMZA-KAŞE</b> İstanbul Tıp Fakültesi Doç. Dr. Cenk YAŞA Dip. Tes. No: 121095 Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı	<b>İMZA-KAŞE</b> İstanbul Tıp Fakültesi Doç. Dr. Başak ERGİNEL Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dip. Tes. No: 95777	<b>İMZA-KAŞE</b> İstanbul Tıp Fakültesi Doç. Dr. Başak ERGİNEL Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Dip. Tes. No: 95777



**T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

- malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.
5. İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
6. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.

**İMZA-KAŞE**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Cerak YASA  
Dip. Tes. No: 29015  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı

**İMZA-KAŞE**  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Basak ERGİNEL  
Çocuk Genişletilmiş Anabilim Dalı  
Dip. Tes. NO: 98777

**İMZA-KAŞE**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Selim GÖNÜLLÜ  
Etil. Tes. No: 11021  
Ulusal Surun Doğuş Hast. Uzmanı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	SUT KODU:OR3190 LAPAROSKOPİK LİNEER KAPATICI KESİCİ STAPLER KARTUŞU OYNAR BAŞLIKLİ 45 MM VASKÜLER DOKU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu en az 45 mm, kesi uzunluğu en az 42 mm olmalıdır.</li><li>Endoskopik Rotiküler Stapler kartuşu kanama kontrolünü ve güvenliği sağlamak amacıyla ideal B Formasyonu ile kapama yapabilecek teknolojiye sahip değildir.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki kapalı zımba yüksekliği 1 mm olmalıdır.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba eni en az 3 mm, bacak uzunluğu en az 2 mm olmalıdır.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşundaki zımba teli çapı en az 0.2 mm olmalıdır.</li><li>Kartuş içerisindeki zımba sayısı en az 66 olmalıdır.</li><li>Endoskopik lineer kesici kartuşu artiküle olabilmeli veya proksimal 22 mm, distal 8mm çene açıklığı ile dokuları kolay manipüle edilebilmelidir.</li></ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"><li>Disposable olmalıdır.</li></ol>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li><li></li><li></li></ol>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"><li>Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1(bir) yıl miadlı olmalıdır.</li><li></li></ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"><li>Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.</li><li>UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.</li></ol>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ VE ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"><li>Sözleşmenin imzalanmasına müteakip malzeme ilgili Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin talebi üzerine belirli aralıklarla teslim edilecek olup, yüklenici firma sipariş çekildiği andan itibaren en geç 10(on) gün içerisinde teslimat gerçekleştirmek zorundadır.</li><li>Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması gerekmektedir.</li><li>İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri),teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TİTUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.</li><li>Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <a href="https://utsuygulama.saglik.gov.tr/">https://utsuygulama.saglik.gov.tr/</a> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TİTUBB sisteminden yapılacaktır.UBB koduna sahip olan</li></ol>

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Cerrahpaşa  
Dip. Tes. No: 121095  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Başak ERGİNEL  
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 95777

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Ergül ERGİL  
Dip. Tes. No: 110610  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

- malzemelerin Ulusal Bilgi Bankasının veri tabanındaki tüm bilgilerin malzemeyi tarif edecek şekilde düzenlenmiş ve eksiksiz olarak tanımlanmış olması gereklidir.
- İstekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında ihale komisyonuna sunacaktır.
  - Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
  - Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 10 (on) gün içerisinde değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Cenk YAŞA  
Dip. Tes. No: 12905  
Kadın Hast. ve Doğum Uzmanı

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. Başak ERGİNEL  
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 95717

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Doç. Dr. Serkan ERGİNEL  
Dip. Tes. No: 12910  
Kulak, Burun ve Göğüs Hast. Uzmanı