

7918-1/2019



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

MALZEMENİN ADI	<b>GAİTADA GİZLİ KAN</b>
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Kart Test
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Kitler ve örnekler (en az 6 ay saklanabileceği) için uygun saklama ve depolama koşulları yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	Tanı ve tedavi takibi.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	1. Kullanıma hazır durumda ise kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır. 2. Miadın bitmesine 3 ay kala ürünler yeni miatlı olanlarla değiştirilecektir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	
TIBBİ ÖZELLİKLER	1. Tek kullanımlık kart test olmalıdır. 2. Numune çubuğu, solüsyon ve sarf malzemeleri uygun miktarda verilmelidir. 3. Test ön işlem safhası içermemelidir. 4. Sonuç verme süresi <u>5 dakikadan</u> uzun olmamalıdır. 5. Reaksiyonlar insan Hb'nini tespit etmeli hayvan kaynaklı Hb ve demir reaksiyon sonucunu etkilememelidir. 6. Test sayıları hastaya verilen hizmet baz alınarak hesaplanacaktır.
TESLİMAT ŞEKLİ	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır. 2. İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ;en az <b>25 test</b> numuneyi ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Yüklenici firma bu sözleşme kapsamında bulunan tüm testleri laboratuvar yöneticisinin onayladığı bir dış kalite kontrol programına dâhil etmeli ve sonuçların periyodik alınmasını temin etmelidir.

Prof. Dr. Nihal SALMAYENLİ

Prof. Dr. N. Sema GENÇ

Prof. Dr. Beyhan ÖMEL