



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>KEMİK ALKALEN FOSFATAZ ( B-ALP) KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<p>Orijinal ambalaj/kutu ve yöntem ELİSA olmalıdır</p> <p>Kiti verecek yüklenici bu kitin çalışılması için ELİSA okuyucu ve yıkayıcıda verecektir.</p> <p>Bozuk, hatalı ve çalışmayan ürünler yüklenici tarafından aynı marka yeni kitler ile, mümkün olmadığı takdirde bölümümüzce uygun görülen başka marka kit ile bölümün uygun göreceği süre içinde değiştirilecektir.</p> <p><b>Her kit kontrol serumu içermelidir.</b></p>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	<p>Kitler idarenin siparişinden itibaren 30 gün içinde kit/ kimyasal deposuna teslim edilecektir.</p> <p>Kit bilgi formunda belirtilen koşullarda saklanmalıdır.</p>
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<p>ELİSA kitlerinin miadları en az 10 ay olmalıdır.</p> <p>Gerektiğinde miyadının bitmesine 2 ay kala birimlerin talepleri doğrultusunda yeni miyadlılarla değiştirilmelidir.</p>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<p>Kemik Alkalen fosfat az (B-ALP)(ELİSA) :</p>
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. İnsan serum veya plazması ile çalışmalıdır.</li><li>2. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C.İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na(TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.</li><li>3. Teklif edilen kitlere ait UBB kaydı olmalı ve firma/firmalar bu kayıtları <b>ihale dosyasına koymalıdır.</b></li></ol>

Doç. Dr. A. Fahri

*(Handwritten signature)*

Doç. Dr. Ayşegül TELCİ

Prof. Dr. Beyhan ÖMEP

*(Handwritten signature)*