



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	SUT KODU: (KR1039) TRANSTHORACİC PACE /DEFİBRİLATION/CARDİOVERSİON PATCH
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Pedler Nihon Kohden cardiolaife, Philips heartstart cihazlarına uygun olmalıdır. (25+25)2. Padler orjinal paketinde kapalı ve disposable olmalıdır.3. Padin iletken yapışkan jel temas yüzeyi en az 115 cm² olmalıdır.4. Pedin boyutu en az 15x13 cm olmalıdır.5. Pad aynı hastada deforma olmadan uzun süre kullanılabilir.6. Padler kendinden kablolu olmalıdır. Yetişkin ve 10 kg dan büyük çocuklarda kullanılabilir.7. Pedin bağlantı kablosu en az 105 cm olmalıdır.8. Padler hasta vücuduna iyi temas etmelidir. Numunenin uygunluğuna göre kabul edilecek.9. Pedler "Pacemaker" uygulamasına olanak sağlar özellikte olmalıdır.10. Pedler üzerinden EKG görüntüsü alınabilir özellikte olmalıdır.11. Pedler üzerinde 360 joule ile defibrile yapılabilir bu özelliği orjinal dökümanında gösterilmelidir.12. Ped bağlantıları eğer ihtiyaç varsa cihaz ile birlikte ara cihaz bağlantı kabloları da verilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibarıyla,sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında

İMZA-KAŞE

Ekrem Bıral KARAYILMAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uz. Tes. No:

Prof. Dr. İsmail TOK
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uz. Tes. No: 74662 - 115242

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Mehmet Kaya
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uz. Tes. No: 74662 - 115242



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

sunulacaktır.

3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

Ünvanı: Kardiyoloji Uzmanı
Ekrem Bilal KARAYILMAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uzm. Tes. No: 74662

İMZA-KAŞE
Prof. Dr. AYELTOK

İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uzm. Tes. No: 74662 - 115242

İMZA-KAŞE

Ünvanı: Kardiyoloji Uzmanı
Ekrem Bilal KARAYILMAZ
İ.T.F. Kardiyoloji A.B.D.
Dip. Tes. No: 115242
Uzm. Tes. No: 74662