



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	GAZLI BEZ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>1.Gazlı bez, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş, tülbent yapısında ve tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2.Beyaz çirşsiz (apresiz), kokusuz ve lekesiz olmalıdır.</p> <p>3.Gazlı bez sık dokuma kenarlı olmalı ve hidrofilik özelliği, yüksek sıvı emme kapasitesine sahip olmalıdır.</p> <p>4.Kullanılan pamuk ipliği 30/1 iplikten olmalıdır.</p> <p>5.Hidrofil gazlı bezin iç kısmının en az üç yerinde yapılacak sayımda her bir cm karede atkı-çözümlü ipliği sayısı 20 den az olmamalıdır.</p> <p>6.TS EN 14079 Standartlarına göre Gazlı bez, 90 (±1) cm (en)x100 metre (boy) ebatlarına ve metrekaredeki ağırlığı 27.0 gr/m den az olmamalı, Türk Kodeksine uygun olmalıdır.</p> <p>7.100'er metrelik toplar halinde top kenarları muntazam olarak üst üste gelmelidir.</p> <p>8.Hidrofil gazlı bezin üzerinde, kil, elyaf artığı, yağ lekesi ve yabancı madde içermemelidir.</p> <p>9.Gazlı bezin üzerinde dokuma kusuru bulunmamalı, beyaz renge ağartılmış ve saflaştırılmış olmalıdır.</p>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	<p>1.Hiçbir boya maddesi içermemelidir.</p> <p>2.Yağı alınmış % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.</p> <p>3.Asidik ve alkalin olmamalı, klor, sülfat, kalsiyum, nişasta, dekstrin, boya, vb. içermemelidir.</p> <p>4.Kanserojen ve allerjen içermemelidir.</p>
DEPOLAMA ŞARTLARI	<p>1.Normal depo sıcaklığında saklanacaktır.</p>
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	<p>1.Gazlı bez tüm yataklı ve ayaktan teşhis/televi birimlerinde kullanılacaktır.</p>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<p>1.Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve bu tarih ambalajın üzerinde basılı olmalıdır.</p>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<p>1.Ambalajı suya, neme dayanıklı olmalıdır.</p> <p>2.Gazlı bez birer metrelik katlar halinde katlanmış olarak paketlenmelidir.</p> <p>3.Ambalajın üzerinde; a) Üretim tarihi, b) son kullanma tarihi, c) ebadı, d) lot numarası, e) sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti, f) markası, g) Türkçe etiketi, h) teknik özellikleri belirtilmelidir.</p>
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<p>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine TEK SEFERDE teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla</p>

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Sibel TOPRAK

Monoblok Ameliyathaneleri
Sorumlu Hemşiresi
Uzm. Hemş. İknur İZGÖR

Fatma VATANSEVER
Hemşire



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1.Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bulunan Ulusal Bilgi Bankası barkoduna sahip olmalıdır.
2.Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda (en az 5 m gazlı bezi fabrika ambalajı içinde olmak kaydıyla) numune getirecek, gelen numuneler test edilerek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
3.Muayene ve Kabul Komisyonu gerekli gördüğü durumlarda TSE ya da Hıfzıssıhha laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
4.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileriyle ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Sibel TOPRAK

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Serum Hemşiresi
Uzm. Hems. Nur KUDURAYHAN

İMZA-KAŞE

Fatma YANANSEVER
Hemşire