



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>ASPİRASYON HORTUMU</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Hortum PVC den üretilmiş ve çizgili yapıda olmalı, uzunluğu en az 200 cm (<math>\pm\%10</math>) olmalıdır.</li><li>2. Hortum çapı yaklaşık 5,5x8,5mm olmalıdır.</li><li>3. Hortum yumuşak fakat vakumla daralmayacak yapıda olmalıdır. Hortum akıntısının kesilmemesi ve vakum birikmemesi için asla kıvrılıp kırılmamalıdır.</li><li>4. Aspiratör hortumlarının her iki ucunda PVC den yapılmış konik konnektör bulunmalıdır.</li><li>5. Hortum biyo uyumlu olmalıdır.(İthal ürünler için de biyo uyumluluk raporları sunulmalı ve bu rapor Türkiye akredite kuruluşlarından alınmış olmalıdır.)</li><li>6. Konnektör istenildiğinde kesilmek suretiyle çapı büyütülebilmelidir.</li><li>7. Ürün üzerinde atık madde, çapak vb. olmamalıdır.</li><li>8. Ürün universal olmalı kullanım için bağlanılacak olan tüm aspiratör uçlarına uyumlu olmalıdır.</li><li>9. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.</li></ol>
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Etilen oksit yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.</li></ol>
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1-Cerrahi müdahalelerde kullanılacaktır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1.Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.</li><li>2. Malzemeler güncel tıbbi cihaz yönetmeliği, sağlık uygulama tebliği, etiket kanununa uygun olmalıdır.</li></ol>
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine <b>tek seferde</b> teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.</li><li>2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi</li></ol>

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri  
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu  
Sibel TOPRAK

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri  
Sorumlu Hemşiresi  
Uzm. Hema. İknur KAVURGA AYHAN

İMZA-KAŞE

Fatma VATANSEVER  
Hemşire



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU  
ÖZELLİKLER**

- 1.İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte ihale komisyon başkanlığına sunacaktır.
- 2.Ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
- 3.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
- 4.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1..set orijinal ambalajındaki numune ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
- 5.UBB kodu orijinal etiket olarak ürün üzerinde olmalıdır. Kutu UBB' si (6,12,24 vb.) tanımlanan ürünler için tek tek etiket yapılmalı ve üretici firmanın etiket yönetmeliğine uygun izin belgesi "noter onaylı Türkçe çevirisini muayene kabul komisyonuna" sunacaktır.
- 6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 7.Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE  
Monoblok Ameliyathaneleri  
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu  
Sibel TOPRAK

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri  
Sorumlu Hemşiresi  
Uzm. Hemş. İknur KAVIRGA AYHAN

İMZA-KAŞE

Fatma VATANSEVER  
Hemşire