



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ | <input type="checkbox"/> |
| CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ | <input type="checkbox"/> |
| DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ | <input type="checkbox"/> |
| KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ | <input type="checkbox"/> |
| ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ | <input type="checkbox"/> |

| | |
|----------------------------------|--|
| MALZEMENİN ADI | PH METRE KATETERİ ÖZEFAGUS ANTIMON ÇİFT KANALLI SUT KODU : GS1750 |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> 1- Katater tek kullanımlık olmalıdır. 2- Katater clear medical grade PVC meteryalden imal edilmiş olmalıdır. 3- Katater çapı 2.1+ -0.5 mm den fazla olmamalıdır. 4- Katater 1'er cm aralıklarla işaretlenmiş olmalıdır. 5- PH sensörler antimony olmalıdır. 6- Katater uzunluğu 150 cm den kısa olmamalıdır. 7- Katater cihaza bağlantı ucu 8 pin moduler telefon plug olmalıdır. 8- Katater tek sensörlü olmalıdır. 9- Kataterin üzerindeki distal sensör kataterin en uç noktasında olmalıdır. 10- Kataterin gövdesi üzerinde nazal uygulama sırasında travmaya neden olabilecek metal parçalar olmamalıdır. 10- Katater internal referanslı olmalı, ayrı bir referans elektroduna ihtiyaç duyulmamalıdır. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | 1-Katater hastaya takılması sırasında konumunun tespiti amacıyla radyopak yapıda olmalıdır |
| DEPOLAMA ŞARTLARI | Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | |
| ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ | 1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. |
| AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI | <ol style="list-style-type: none"> 1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. |
| TIBBİ ÖZELLİKLERİ | |
| TESLİMAT ŞEKLİ | 1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından sipariş verildiği tarih itibariyle sipariş verilen ürünleri en geç 15 takvim günü içinde İstanbul Üniversitesi ,İstanbul Tıp Fakültesi Eczanesi'ne teslim edilmek zorundadır. |
| ZORUNLU ÖZELLİKLER | <ol style="list-style-type: none"> 1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. |

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Sebahattin KAYMAZ
Gast. ve İnce Bağırsak Uzmanı
İstanbul Tıp Fakültesi
18877
20155

İMZA-KAŞE

Uzm. Dr. Z. CAVUS
Gast. ve İnce Bağırsak Uzmanı
İstanbul Tıp Fakültesi
18877
20155

İMZA-KAŞE
Dip. Tes. Dr. Z. CAVUS
Gast. ve İnce Bağırsak Uzmanı
İstanbul Tıp Fakültesi
18877
20155



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5. İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve bayisi olarak tanımladığını gösterir TITUBB veya ÜTS kayıtlarını (T.C Sağlık Bakanlığının ilgili WEB sitesinden alınan kayıt belgeleri), teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB veya ÜTS kayıtları ve ihale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair belgeleri ihale dosyasına sunmalıdır.
6. Ürün tedarikçi/bayi sorgulamaları öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK) Ürün Takip Sistemi (ÜTS) <https://utsuygulama.saglik.gov.tr/> adresinden, ÜTS'de ürün kayıtlı değilse TITUBB sisteminden yapılacaktır.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Sebahattin KAYMAKÇI
İç Hastalıkları Uzmanı
Gastroenteroloji Hastaneleri
İstanbul Tıp Fakültesi
8837 20356

İMZA-KAŞE

Dr. Öğr. Üst.
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. Nr. : /

İMZA-KAŞE
Dip. Tes. Nr. : /
Uzm. Dr. Zülal İSTİHAN
Gastroenteroloji Bilim Dalı
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İstanbul Tıp Fakültesi