



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN
ADI

- Avrupa Standart Serisi
- Diş Tarama Serisi (Dental Seri)

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

Deri yama testleri aşağıdaki serileri içermelidir.

- Avrupa Standart Serisi
- Diş Tarama Serisi (Dental Seri)
- 1. İstanbul Tıp Fakültesi için;
- İç hastalıkları Anabilim Dalı Alerji Bilim dalının 100 test Avrupa Standart Serisi ve 100 Test Diş Tarama Serisi (Dental Seri)'den oluşmaktadır. Yüklenici firma deri yama testlerinin yanında anabilim dalına toplam 200 test için (100 test ilaç serisi ve 100 test diş tarama serisi) 640 adet alerjen yüklenebilen IQ chamber ücretsiz olarak verilecektir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

AVRUPA STANDART SERİSİ;

1. Avrupa Standart Serisi 30 allerjenden oluşmalı ve allerjenler 5 ml'lik şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak bulunmalıdır.
2. Likit olanlar 10 ml.lik polypropylen damlalıklı şişelerde olmalıdır.
3. Taşıyıcı olarak kullanılan saf vazelin "Penreco Snow White" dir.
4. Her bir alerjen 100 test'lik olmalıdır.
5. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde, her bir alerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiş ve kullanıma hazır olarak bulunmalıdır.
6. Ürünlerin Sağlık Bakanlığın' dan alınmış "Kontrol belgesini" ihale dosyasında sunmalıdır.
7. Avrupa Standart Serisi için yüklenici 300 Adet IQ chamberi ücretsiz olarak teslim etmelidir.
8. Alerjen Listesi tabloda belirtildiği gibi olacaktır.

ALERJEN LİSTESİ

1. Potassium dichromate
2. p-PHENYLENEDIAMINE (PPD)
3. Thiuram mix
- Tetramethylthiuram monosulfide
- Teramethylthiuram disulfide (TMTD)
- Tetraethylthiuram disulfide (TETD)

Prof. Dr. Aslı AKKOR GELİNCİK
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Alerjik
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
İTÜ / 148 - K. A. S. B. / 2651 / D. / Tes. No: 82124

Doç. Dr. Derya ÜNAL
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmünoloji ve Alerji Hast. Bilim Dalı
Tercih No: 12587/89342/116490
İMZA-KAŞE

Hemşire
Emine ÖZKAN

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



	Dipentamethylenethiuram disulfide (PTD)
4.	Neomycin sulfate
5.	Cobalt(II)chloride hexahydrate
6.	Caine Mix III
	Benzocaine
	Dibucaine Hydrochloride
	Tetracaine Hydrochloride
7.	Nickel sulfate hexahydrate
8.	2-Hydroxyethyl Methacrylate
9.	colophonum
10.	Paraben Mix
	-Methylparaben
	-Ethylparaben
	-Propylparaben
	-Butylparaben
11.	N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine (IPPD)
12.	Lanolin Alcohol
13.	Mercapto mix
	N-Cyclohexyl-2-benzothiazyl sulfenamide
	2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
	Dibenzothiazyl disulfide (MBTS)
	2-(4-Morpholinylmercapto)benzothiazol (MOR)
14.	Epoxy resin, Bisphenol
15.	Peru Balsam
16.	4-tert-Butylphenolformaldehyde resin
17.	2-Mercaptobenzothiazole (MBT)
18.	Formaldehyde
19.	Fragrance mix
	-cinnamyl alcohol
	-cinnamal
	-Hydroxycitronellal
	- amyl cinnamal
	-geraniol
	-eugenol
	-isoeugenol

Prof. Dr. Aslı AKKOR GELİNCİK
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları İmmünoji ve Allerji
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 230437/25511 Dip. Tes. No: 82124
İMZA - KAŞE

Doç. Dr. Derya ÜNAL
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmünoji ve Allerji Hast. Bilim Dalı
Tebliğ No: KAŞE/87342/116490

Hensire
Emine Özkan

İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



	-Oakmoss absolute.
20.	Sesquiterpene lactone mix
	-Alantolactone
	-Dehydrocostus lactone
	-Costunolide
21.	Quaternium-15 (Dowicil 200)
22.	Propolis
23.	Methylisothiazolinone + Methylchloro-Isothiazolinone
24.	Budesonide
25.	Tixocortol -21-pivalate
26.	Methyldibromo Glutaronitrile
27.	Fragrance mix II
	-Lyril
	-Citral
	-Farnesol
	-Citronellol
	-Hexyl cinnamic aldehyde
	-Coumarin
28.	-Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene
29.	Methylisothiazolinone
30.	Textile dye Mix
	- Diperse Blue 35 (D-027)
	- Diperse Orange 1 (D-031)
	- Dispers Orange 3 (D-032)
	- Dispers Red 1 (D-034)
	- Dispers Red 17 (D-035)
	- Dispers Yellow 3 (D-036)
	- Dispers Blue 106 (D-040)
	- Dispers Blue 124 (D-041)

DİŞ TARAMA SERİSİ (DENTAL SERİ)

1. Diş Tarama Serisi (Dental Seri) 34 allerjenden oluşmalı ve her bir allerjen 100 uygulamalık olmalıdır. Allerjenler plastikten yapılmış, yatay tepsiler içinde dizilmiş

Prof. Dr. Asit AKKÖR GELİNCİK
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerjik
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 23043 / 23611 Dip. Tes. No: 82124

İMZA - KAŞE

Doç. Dr. Derya ÜNAL
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmünoloji ve Allerjik Hast. Bilim Dalı
İmza No: 12587/89342/T16490

Hemşire
Emine Jale

İMZA - KAŞE

(Handwritten signature)



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- ve kullanıma hazır olarak bulunmalıdır. Her allerjen numaralandırılmış olarak tepside dizilmiş olmalıdır. Sağlık Bakanlığından alınmış "Üretim, ürün veya ithalat izin belgesi" muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.
- Her allerjen 5 gr 'lık şırıngalar içinde saf vazeline emdirilmiş olarak veya 10 ml ' lik polypropylen şişelerde likit olarak verilmelidir.
 - Yüklenici firma aşağıda belirtilen listenin tamamındaki allerjenlerden İstanbul Tıp Fakültesine 100 test ürün getirecektir.
 - İstanbul Tıp Fakültesine 340 adet IQ chamberi ücretsiz olarak teslim edilecektir.

DENTAL SCREENİNG ALERJEN LİSTESİ			
1	Methy methacrylate	17	Colophony
2	Trietyleneglycol Dimethacrylate	18	N-ethy-4-Toluenesulfonamide
3	Urethane Dimethacrylate	19	Formaldehyde
4	Ethylene glycol dimethacrylate	20	4-Tolyldiethanolamine
5	BIS-GMA	21	Copper sulfate
6	N,N-dimethyl-4-toluidine	22	Methylhydroquinone
7	2-Hydroxy-4-methoxy-benzophenone	23	Palladium Chloride
8	1,4-Butanediol dimethacrylate	24	Aluminum Chloride Hexanhydrate
9	BIS-MA	25	Bornanedione
10	Potassium dichromate	26	N,N-dimethylaminoethyl methacrylate
11	Mercury	27	1,6-Hexanediol diacrylate
12	Cobalt Chloride	28	Drometrizole
13	2-Hydroxyethyl methacrylate	29	Tetrahydrofurfuryl Methacrylate
14	Goldsodiumthiosulphate	30	Tin
15	Nickel sulfate	31	Sodium Tetra-Chloropalladate(II) hidrat
16	Eugenol	32	Carvone
		33	2,2-bis(4-(2-Methacryloxyethoxy)phenyl)
		34	Glutaral

ALERJEN YÜKLENEBİLEN TEST KUYUCUĞU (10x100)

- Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğunun katkı maddesi serbest polietilen plastikten olmalıdır.
- Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu 2 sütun 5 sıra olmak üzere 10 kuyucuk olarak allerjik olmayan yapışkan bir panel üzerinde bulunmalıdır. Panelin üzerindeki 10 bölümü kapatacak şekilde kalın bir plastik kapak olmalıdır. Kuyucukların hacmi 60-65 µl olmalıdır. Panel üzerinde kuyucukların arası 12 mm olup reaksiyonlarının karışmasını önler olmalıdır. Allerjenlerin test öncesi Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu içine doldurularak önceden hazırlanması ve buzdolabında poşet içinde 1-

Prof. Dr. Aslı AKKOR GELİNCİK
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Allerjik
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 23043/26511 Dip. Tes. No: 82124

Doç. Dr. Derya ÜNAL
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmünoloji ve Allerji Hast. Bilim Dalı
Tescil No: 12587/89342/116490

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

Hemşire
Emine ZEKAN



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



- 2 haftaya kadar saklanabilir olması gerekmektedir. Sıvı alerjenler için test odacıkları sıvı alerjenlerin emdirilmesine uygun olarak, kurutma kağıtlı olmalıdır. Alerjen Yüklenebilen Test Kuyucuğu'dan farklı olarak kapaksız olmalıdır. Ayrıca başka ürünlerin (makyaj, ilaç, ve gıda ürünleri gibi) hazırlanırken etrafa sıçraması gibi sebeplerle kirlenen yapışkan flaster kağıt hastanın sırtına yapıştırılması sırasında çıkartılabilmelidir
3. Sağlık Bakanlığında alınmış " Üretim, ürün veya ithalat izin belgesi " muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

+2 °C ile +8 °C ' de muhafaza edilmelidir. Oda sıcaklığında kullanıcı tarafından 3 haftaya kadar saklanabilmelidir.

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Alerji Bilim Dalında kullanılacaktır.

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

En az 5 gr'lık veya 10 ml'lik tüplerde olacaktır.

TESLİMAT
ŞEKLİ

Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal-Ambarı deposuna teslim edilecektir.

ZORUNLU
ÖZELİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır, UBB kapsam dışı olanlar kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. Firma ihale sırasında ürünlerin orijinal kataloglarını ihale komisyonuna değerlendirilmek üzere teslim edecektir.
3. Yüklenci firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Teslim edilecek sarf malzemeler için (alerjenler, alerjen yüklenebilen test kuyucuğu, sıvı alerjenler v.s.) teslimat yapılacak olan Fakülte/Enstitü Laboratuvar Sorumlusunun onayı alınacaktır.

Prof. Dr. Aslı AKKOR GELİNCİK
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
İç Hastalıkları İmmünooloji ve Allerjik
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 23043729511 Dip. Tes. No: 82124

İMZA - KAŞE

Doç. Dr. Derya UNAL
İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Anabilim Dalı
İmmünooloji ve Allerjik Hast. Bilim Dalı
Tescil No: 12587/89342/116490

İMZA - KAŞE

İMZA - KAŞE

Hemsire
Emine Özkan