

14143-2019



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	X
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	X
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

MALZEMENİN ADI

## DİSPOSABLE MİKROTOM BIÇAĞI, LOW PROFİL, 35°, NORMAL DOKU KESİMİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

- 1-Mikrotom bıçağı (disposable low profil, 35 derece açılı, standart boy, rutin kesit amaçlı tip)  
a-Patoloji laboratuvarında mikrotom ile parafin doku bloğundan kesit yapmak amacı ile özel olarak üretilmiş olmalıdır.  
b-Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.  
c-Low profil tipte olmalıdır.  
d-Standart mikrotom bıçak tutucularla uyumlu olmalıdır (80x8x0.25 mm)  
e-Bıçak açısı 35 derece olmalıdır.  
f-Kesim ağızı homojen olarak bilenmiş olmalı, kesim yüzeyleri çizik oluşumunu önlemek amacı ile özel teflon kaplaması ile kaplanmış olmalıdır.  
g-Kaplama materyali parafin kesitini bıçak yüzeyinden kırışmadan kaymasını sağlayacak özellikte olmalıdır.  
h-Standart özellikler taşıyan en az 20 bloğun sorunsuz olarak kesilebilmesine olanak sağlayacak dayanıklılığa sahip olmalıdır.  
i-Bıçaklar koruyucu özel dispenser kutular içinde verilmelidir. Kutular bıçağı ortamdaki ve darbelerden korumalı, bıçakların kolayca ve tek tek çıkarılabilmesi için kızak sistemi içermelidir. Kutu üzerinde ürün ve üretici firmaya ait bilgiler bulunmalıdır.  
j-Hatalı ürün içeren (bileme ve kaplama özellikleri homojen olmayan, standart kesit veremeyen, istenilen dayanıklılık düzeyine ulaşamayan) ambalajların ücretsiz değişimi taahhüt edilmelidir. Bu taahhüt, yüklenici firma tarafından yazılı olarak muayene kabul komisyonuna sunulmalıdır.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Oda ısısında rutubetsiz ortamlarda muhafaza edilebilmelidir.

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ

Patoloji laboratuvarında mikrotom ile parafin doku bloğundan kesit yapmak amacı ile özel olarak üretilmiş olmalıdır.

ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ

Ürünlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır. Herhangi bir nedenle tüketilemeyen ürünler son kullanma tarihinden 3 ay önce haber vermek koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle değiştirilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI

Ürün en az 50 adetlik dispenser ambalajlarda olmalıdır.

ZORUNLU ÖZELLİKLER

- 1-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 2-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
- 3-İstekliler, ihale sonrasında değerlendirilmek üzere en az 50 bıçak içeren (1 Kutu) numuneyi Anabilim Dalına ihale tarihinden en geç iki iş günü sonra teslim edilecektir. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
- 4-Malzeme; Anabilim Dalımızın istediği doğrultuda partiler halinde, tıbbi malzeme genel şartları ve teknik şartnameye uygun şekilde, sipariş tarihinden itibaren en fazla 10 (on) gün içerisinde İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ayniyat Deposuna teslim edilir.

Prof. Dr. Nesimi Büyükbabani

İstanbul Tıp Fakültesi  
Doç. Dr. M. Yasemin ÖZLÜK  
Dip. Sicil No : 95432  
Patoloji Uzmanı

Prof. Dr. Ekrem Yavuz