



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>EMG İÇİN KONSANTRİK İĞNE</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1.Tek kullanımlık olmalıdır. 2. 25 ve 37 mm boyları olmalıdır. 3.Multiwire sokete uyumlu olmalıdır. 4-İdarenin istediği boy ve miktarlarda teslim edilecektir.
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	1.EMG laboratuvarında tetkik amaçlı kullanılacaktır.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 3.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
<b>TIBBİ ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. 2.Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. 3.İsteklilerin ve/veya teklif edilen malın, ilaç ve tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler. 4.İstenen tüm ihale sırasında, ihale dosyasında bulundurulmalıdır. 5.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az 10 adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler,

İMZA-KAŞE  
Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. E. KOÇASOY ORHAN  
Tıbbi No: 88/12 - 95436  
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE  
Doç. Dr. N. Görkem ŞİRİN İNAN  
Istanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Nöroloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 128118

İMZA-KAŞE  
Istanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. E. KOÇASOY ORHAN  
Nöroloji Uzmanı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. EMG Laboratuvarında görevli öğretim üyeleri tarafından bu numuneler farklı kaslarda ve ardışık insersiyonlar ile kayıt kalitesi ve cildi geçme öz nitelikleri bakımından denenecektir. Bu değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

7.Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

8.Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. **EM KOCASOY ORHAN**  
İhtisat No: 88112 / 95436  
Nöroloji Uzmanı

İMZA-KAŞE  
Doç. Dr. N. Görkem **ŞİBİN İNAN**  
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Nöroloji Anabilim Dalı  
Dip. Tes. No: 128118

İMZA-KAŞE  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Prof. Dr. **AM SLO**  
İhtisat No: 88112 / 95436  
Nöroloji Uzmanı