



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	STERİL KAPAKLI İDRAR KABI (VİDALI)
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Kapaklı olmalı, kapakları vidalı olmalı, düzgün şekilde kapatılabilmelidir. 2. Kabin üzerinde taksimat çizgileri olmalıdır. 3. Sızdırmayacak ve kolay devrilmeyecek yapıda olmalıdır. 4. 100-150 ml'lik olmalı, ağzı geniş olmalıdır. 5. Steril olmalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	Malzemelerin teslimatı idarenin belirleyeceği miktar ve sürelerde yapılacaktır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	• Laboratuvar genelinde numune almak için kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Teslim tarihinden itibaren en az 8 (sekiz) ay miatlı olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Her idrar bardağı ayrı ayrı paketlenmiş olmalı, paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
TESLİMAT ŞEKLİ	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olan ürünler için UBB kapsam dışı olduğuna dair belge ihale evrakları içinde sunulmalıdır. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her birinden en az 2'ser adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

Prof. Dr. Zerrin AKTAŞ
İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Bakteriyoloji Bilim Dalı Başkanı

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Betül ÖNGEN
Op. Tescil No: 28993
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA - KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Öğr. Gör. Dr. D. Bahar AKGÜN KARAPINAR
Dip. Tes. No: 83281-117991
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı