
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI
OTOKLAV CİHAZI
YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**TEKNİK ŞARTNAME NO:
İB0806/YP/307**

-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Bu teknik şartnamede, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi'nin yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
 3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.
-

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL VE KLİNİK MÜHENDİSLİĞİ BİRİMİ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ NÖROŞİRURJİ ANABİLİM DALI OTOKLAV CİHAZI YEDEK PARÇA TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İB0806/YP/307 22/02/2019 00 1 / 2
---	--	--	--



Sıra No	Yedek Parça Adı	Adet	Cihaz/Ürün/Sistem Adı	Biyomedikal Kimlik No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model
1	S1 Valve Repair Kit	1	Otoklav	01.201000.13746.004	Sterilizasyon	Steris / V120
2	S2 Valve Repair Kit	1				
3	S35 Valve Repair Kit	1				
4	S37 Valve Repair Kit	1				
5	CK8 Check Valve	1				
6	CK4/CK6 Check Valve	1				
7	Üst Körük	1				
8	Alt Körük	1				

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1: Kullanılan yedek parçalar yeni, kullanılmamış parça ve ambalajında olmalıdır. Üzerinde üretici firma adı ve faturada belirtilen kod numaraları yazılı olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır. Parçaların orijinali İstanbul Üniversitesi Biyomedikal ve Klinik Mühendislik Birimi ve Anabilim Dalımız yetkilisi tarafından kontrol edildikten sonra değişimi yapılmalıdır.

1.2: Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

1.3: Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
Prof. Dr. Nail İZGİ Dip. No: 15946 / 1941 	İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Kemal Tanju HEYGÜL Dip. Tescil No: 26568 Nöroşirürji Uzmanı 	Prof. Dr. Mustafa BENCER Dip. Tescil No: 67710 I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroşirürji A.B.D. 