



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>GAİTADA GİZLİ KAN</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	Kart Test
<b>KİMYASAL ÖZELLİKLERİ</b>	
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	Kitler ve örnekler (en az 6 ay saklanabileceği) için uygun saklama ve depolama koşulları yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ</b>	Tanı ve tedavi takibi.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kullanıma hazır durumda ise kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.</li> <li>2. Miadın bitmesine 3 ay kala ürünler yeni miatlı olanlarla değiştirilecektir.</li> </ol>
<b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	
<b>TIBBİ ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tek kullanımlık kart test olmalıdır.</li> <li>2. Numune çubuğu, solüsyon ve sarf malzemeleri uygun miktarda verilmelidir.</li> <li>3. Test ön işlem safhası içermemelidir.</li> <li>4. Sonuç verme süresi <u>5 dakikadan</u> uzun olmamalıdır.</li> <li>5. Reaksiyonlar insan Hb'nini tespit etmeli hayvan kaynaklı Hb ve demir reaksiyon sonucunu etkilememelidir.</li> <li>6. Test sayıları hastaya verilen hizmet baz alınarak hesaplanacaktır.</li> </ol>
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.</li> <li>2. İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere ;en az <b>25 test</b> numuneyi ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li> <li>3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li> <li>4. Yüklenici firma bu sözleşme kapsamında bulunan tüm testleri laboratuvar yöneticisinin onayladığı bir dış kalite kontrol programına dâhil etmeli ve sonuçların periyodik alınmasını temin etmelidir.</li> </ol>

Doç. Dr. A. Fatih AYDIN

Doç. Dr. Ayşe Gül TELCİ

Prof. Dr. Nihal SALMAYENLİ