



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI

ARGON CİHAZI PROBU

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1.El-kalemi ile monopolar elektrocerrahide 4 ayrı uygulamayı yapmak mümkün olmalıdır. Bu çalışma şekilleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
 - Argon Gazlı Monopolar Kesme
 - Argon Gazlı Monopolar Koagülasyon
 - Monopolar Kesme
 - Monopolar Koagülasyon
2. El-kalemi üzerindeki bir düğme yardımı ile argon gaz akışı istenildiğinde açılıp istenildiğinde kapanabilmelidir.
3. Argon gaz akışı açıkken, el-kalemi üzerindeki kesme ya da koagülasyon düğmelerine basıldığında başkaca bir maniplasyona ihtiyaç duyulmaksızın eş-zamanlı olarak argon gaz akışı da sağlanmalıdır.
4. El-kalemi ucundaki standart bıçak elektrod çıkartılıp yerine laparoskopik elektrodların takılabilmesi mümkün olmalıdır. Bu sayede aynı el-kalemi ile laparoskopik olarak da Argon gazlı kesme ve Argon gazlı koagülasyon yapmak mümkün olmalıdır.
5. El-kalemi üzerinde argon gazı için 1,2 mikronluk gaz filtresi bulunmalıdır.
- 6.El-kalemi mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
- 7.El-kalemi üzerindeki bir düğme yardımıyla kalemin ucundaki elektrod ileri itilip ,geri çekilebilmeli böylece koagülasyon etkinliği kontrol edilebilmelidir.
- 8.253.3.5/13/711305 Demirbaş kaydı olan Valleylab marka, Elektrokoter Argon cihazı ile uyumlu olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ VE
ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ VE
MİADİ

- 1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE
MİKTARI

1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.
2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi,lot ve referans numarası bulunmalıdır.
3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

İMZA-KAŞE

Hemşire
Nafiz Isık
elner

İMZA-KAŞE

Hemşire
Yasir Karakaya
JH

İMZA-KAŞE

Hemşire
Feryal Tunca
Rue



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına mütakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Hemsine
Nurhan İslah
Mh

İMZA-KAŞE

Hemsine
Yasir Karakaya
JK

İMZA-KAŞE

Hemsine
Peray Tunç
Mh