

101579112022
6. okul bakan



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

Oyum Pick-up (OPU) Seti

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

- Örtüler şeffaf olmayan, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve /veya bu özellikteki sıvıların tamamını absorbe edebilecek özellikteki 55±5 g/m² lik non-woven tabir edilen dokunmamış kumaştan ve içeriğindeki diğer tüm ürünler medikal amaçla üretilmiş hammaddelerden üretilmiş olmalıdır.
- Tüm set içeriği sterilizasyon bohçası ile bohçalanmış ve içeriğin sterilitesinin bozulmadan kolayca açılabilir tasarımda olmalıdır. Set içeriği listelenen ürünleri içermelidir:
 - a- 1 Adet 80x100 alet masası örtüsü: Non-woven takviyeli polietilenden malzmeden üretim, kaymayı önleyici yapışkan bantlı
 - b-1 Adet 80x100 Düz örtü
 - c- 1 Adet 135x150 Opu örtüsü : Operasyon bölgesine etrafında örtüyü hastaya sabitleyecek non-alerjik cilt bantları olan uygun bir delik olmalıdır.
 - d- 1 Adet 60x60 USG örtüsü, şeffaf, kenarları yapışkan bantlı
 - e- 2 Adet 60 x120 Litotamik bacak kılıfı
 - f- 10 Adet Spanc
 - g- 1 Adet Biopsi kiti (ultrason prob kılıfı, steril ultrason jeli, 2 sabitleyici)
 - h- 2 Adet Takviyesiz cerrahi önlük: Büyük boy, kol manşetleri en az 8 cm uzunluğunda ve tüp şeklinde tamamen pamuklu dokumadan üretim, steril kapatılabilecek şekilde 2 iç ve 2 dış kuşakları olmalıdır
 - i- 2 Adet 40x40 El kurulama havlusu
 - j- 1 Adet 100x100 Sterilizasyon bohçası

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA ŞARTLARI

Oda ısısında, nemden ve aşırı sıcaktan uzak saklanmalıdır.

KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ

OPU seti içeriği yardımıyla üreme tedavisi amaçlı oosit aspirasyonu işlemi sırasında kullanılmaya uygun yapıda olmalıdır.

ÜRETİM TARİHİ VE MİADI

Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI

- Tekli paketler halinde ve steril koşulları sağlayacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- Sterilizasyon yöntemi ETO sterilizasyon olmalıdır.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

ZORUNLU ÖZELLİKLER

- 1-Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
- 2-İstekli, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az1..... adet numuneyi ihale esnasında komisyona sunacaktır. Numune er, ihaledeki kalem sırası

Prof. Dr. Ali Rıza Akın
Kadın Hastalıkları Uzmanı
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dip. No: 16966-2/1984
Tescil No: 30092

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Prof. Dr. Selçuk Akın

(Handwritten signature)
Doç. Dr. Çank Yaza



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
3-Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

Prof. Dr. Alkan Akhan
Kadın Hastalıkları Uzmanı
I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Dip. No: 18666-1/164
Tescil No: 30442

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Silvan Akhan

Doç. Dr. Cenk Yılmaz