



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN
ADI

ALDEHİTSİZ ALET DEZENFEKTANI (MANUEL DEZENFEKSİYON İÇİN)

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

1. Aldehit , fenol, setrimid içermemeli ve geniş spektrumlu olmalıdır.
2. Teklif edilen ürün korozyon önleyici katkıları içermeli, aletlerde pas ve benzeri bozulmalara yol açmamalı, kötü kokulu olmamalı ve berraklığını korumalıdır.
3. Dezenfeksiyon için gereken temas süresi en fazla 15 dakika olmalıdır.
4. Bakterisid (Tbc dahil), fungusid ve virüs id etkili olmalıdır.
5. Ürün çeşme suyu ile sulandırılmalıdır.

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.

KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ

1. Tüm birimlerde aletlerin orta düzeyde dezenfeksiyonunda kullanılacaktır.

ÜRETİM TARİHİ
VE MİADI

1. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI

1. Yüklenici firma ürünü konsantre halde teslim etmelidir. Sulandırılmış ürünün stabilitesi en az 24 saat olmalıdır.
2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır.
3. Teklif edilen ürünün kullanma kılavuzunda sadece tıbbi cihaz dezenfeksiyonuna yönelik olarak üretildiği ibaresi yer almalıdır.

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT
ŞEKLİ

1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.
2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Ürünün T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır
2. İstekliler fiyat tekliflerini, ürünün üreticisi tarafından tavsiye edilen en düşük sulandırma oranında sulandırılmış litre fiyatı olarak vermelidir.
3. İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal katalogunu ihale dosyasına koymalıdır.
4. Teklif edilen ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. ...
F. No: ...
7314
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ
Dış. Tescil No: 133117

İMZA-KAŞE

Ash ÜZDEMİR



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



Ulusal Bilgi Bankası (UBB) koduna sahip olmalıdır.

- İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.
- Yüklenici firma ürünü kullanım sonrası nötralize etmek için gerekli nötralizan maddeyi vermelidir. Ürünün nötralize edilmesi gerekmiyorsa firma bunu belgelemelidir
- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.
- İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. C. Mehmet ERARDOĞ
Dip. Tescil No: 27314
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep MEMİS
Dip. Tescil No: 27314

İMZA-KAŞE

[Handwritten Signature]



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ALDEHİT İÇERMEYEN HIZLI SPREY DEZENFEKTAN
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Kullanıldığı malzemelere zarar (renk solması, boyama gibi) vermemeli ve kötü kokulu olmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1. Ürün % 30 alkol ve temizleyici madde içermelidir. 2. Ürün aldehit ve fenol içermemelidir. 3. Bakterisid (Tbc dahil), fungusid , virüsid etkisi olmalıdır. Bu etkiyi kanıtlayan mikrobiyolojik çalışma raporları bulunmalıdır. 4. Dezenfeksiyon için gereken temas süresi en fazla 1 dakika olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Yüzeylerin ve eşyaların (kuvözler dahil) orta düzeyde dezenfeksiyonunda kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Ürün 1 litrelik ambalajlarda, spreyci şekilde, kullanıma hazır olmalıdır. 2. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır. 3. Teklif edilen ürünün kullanma kılavuzunda sadece yüzeylerin dezenfeksiyonuna yönelik olarak üretildiği ibaresi yer almalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Ürünün T.C Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır. 2. İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal katalogunu ihale dosyasına koymalıdır. 3. Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesi'nde kayıtlı olduğunu gösterir belgesi bulunmalıdır. 4. Ürün Güvenlik Veri Formu bulunmalıdır. 5. İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Faruk ERANKOY
Sıf. Tescil No: 133117
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ
Dip. Tescil No: 133117

İMZA-KAŞE

Asil ÖZDEMİR
İnfeksiyon Kontrol
Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



6. İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.

İMZA-KAŞE

Istanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ömer Haluk FRAKSOY
Dip. Teş. No: 27311
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Mustafa MEMİŞ
Dip. Teş. No: 133117

İMZA-KAŞE

Ash. ÖZDEMİR
İnfeksiyon Kontrol
Hemşiresi



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	HIZLI SUSUZ EL ANTİSEPTİĞİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1.İçeriği sayesinde alkole hassasiyet gösteren ciltlerde bile güvenle kullanılabilir. Alerjik reaksiyonlara neden olmamalı, elleri tahriş etmemeli, kullanımdan sonra kötü koku ve yapışkanlık hissi yaratmamalıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	1.Ürün % 70-96 oranında alkol bazlı olmalı ve derinin tahriş olmasını önleyici yumuşatıcı madde içermelidir. 2.Ürün geniş spektrumlu olup 30 saniye içinde etkin el antisepsisi sağlamalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Havalandırması mevcut olan serin bir yerde depolanmalıdır.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1.Fakültenin bütün birimlerinde el temizliği için kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1.Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır, bu süre içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine 3 ay kala yüklenici tarafından yeni tarihli ürün ile değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme 1 litrelik ambalajlarda ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, kullanım ve teknik özellikleri Türkçe olarak belirtilmiş olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır. 2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1.Ürünün T.C.Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi olmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 2.İstekliler teklif ettikleri ürünün orijinal kataloğunu ihale dosyasına koymalıdır. 3.Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesi'nde kayıtlı olduğunu gösterir belge bulunmalıdır. Bu belgeyi ihale dosyasında sunmalıdır. 4.Yüklenici firma her 1litre malzeme için bir adet kutuyla uyumlu, iyi çalışan pompa vermelidir. 5.İstekliler ihale sırasında değerlendirilmek üzere en az 1 adet orijinal ambalajındaki numuneyi ihale evraklarıyla birlikte İhale Komisyonuna sunmalıdır. 6.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir. 7.İstenen tüm belgeler ihale sırasında ihale dosyasında bulundurulmalıdır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ümit Aksoy
Dip. Tescil No: 27314
Sarf Malzeme Hastaneleri ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

İMZA-KAŞE

T.C. İstanbul Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Zeynep MEMİŞ
Dip. Tescil No: 133117

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Sarf Malzeme Hastaneleri ve
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı
Uzm. Dr. Ali ÖZDEMİR
Dip. Tescil No: 133117



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	YER YÜZEY DEZENFEKTANI
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yüzeylerin eşyaların düşük düzeyde dezenfeksiyonunu sağlamalıdır. 2. Ürün konsantre çözelti veya tablet şeklinde olmalıdır. 3. Ürün aldehit, fenol ve fostat içermemelidir. 4. Gereken temas süresi en fazla 15 dakika olmalıdır. 5. Sağlık bakanlığı tarafından 31.12.2009 Tarih Sayı:27449 sayılı resmi gazete’de yayımlanan “Biyosidal Ürünler Yönetmeliği” kapsamında ruhsatnameye sahip olmalıdır maddesi olmalıdır. 6. Her bir kutu/ambalaj için Türkçe Prospektüsü olmalıdır. 7. Kullandığı malzemelere zararlı etki (renk solması, aşındırma, boyama vb.) göstermemeli ve koku rahatsızlık vermemelidir. 8. 5 kg’lık ambalajlarda getirilmelidir. 9. Yüklenici, ürünü konsantre çözelti şeklinde teslim edecektir. Ancak bu konsantre ürünün ne kadar sulandırılmış ürüne karşılık geleceği Mikrobiyolojik aktivite belgesine göre hesaplanacağından aktivite belgesi konsantre ürün ile birlikte idareye sunulmak zorundadır. Mutlaka hastane enfeksiyon kontrol komitesinin (HEKK) yazılı görüşü alınmalıdır. 12. Ürünün mikrobiyolojik etkinliğini gösteren test raporu bulunmalı (Sağlık Bakanlığı ref. lab. Olan Kalite Sistem Lab. tarafından hazırlanmış mikrobiyal analiz raporu bulunmaktadır.) 13. Ürün teslimlerinde Hastanelere Malzeme Güvenlik Bilgi Formu verilecektir. 14. İdare gerektiğinde ürünü diğer kuruluşlardan tetkik edebilecektir. 15. Ürün etiketi üzerinde; ürünün özellikleri, kullanım alanı, kullanma talimatı, uyarı kısmı, ürün bileşimi, ürünün PH değeri üretim tarihi, son kullanma tarihi, üretim parti no mutlaka olmalıdır. Bu bilgiler açık ve okunabilir şekilde olmalıdır. 16. Ürün bilgilerini içeren katalog verilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Tüm birimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden belirtilmiş olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 2. Ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine sipariş partiler halinde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 iş günü içerisinde teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

Enst. PAPAĞÇI
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE

Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE

M. CİMŞİT
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal ambalajında en az 1 adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
2. Fiziksel özelliklerdeki 12. , 13. ve 16. maddeye ait belgeler ihale esnasında teslim edilmelidir.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Malzemeler yüklenici tarafından Dekanlık Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere veya rafa elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE
EHSAN RAPAKÇI
Hastane Müdürü

İMZA-KAŞE
Tuba ARSLAN
Hastane Müdür Yard.

İMZA-KAŞE
MUTLU AKIN
Hastane Müdür Yardımcısı