



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM  
ANABİLİMDALI  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BİPOLAR YÜKSEK FREKANS KABLOSU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ameliyathanede kullanılan STORZ marka yüksek frekans ünitesi ile kullanıma uygun olmalıdır.</li> <li>2. Ameliyathanede kullanılan bipolar rezektesko seti ile uyumlu olmalıdır.</li> <li>3. 400 cm uzunluğunda olmalıdır.</li> </ol>
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.</li> </ol>
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.</li> <li>2. Teklif edilen ürünler sözleşme imzalanmasından itibaren 45 gün içerisinde Ayniyat birimine teslim edilmelidir.</li> </ol>
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.</li> <li>2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.</li> <li>3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.</li> <li>4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.</li> </ol>
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 30 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 5 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.</li> </ol>
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.</li> <li>2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...2.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.</li> <li>3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.</li> <li>4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.</li> </ol>

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Aikan YILMAZ  
Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Diyadin No: 1866 / 134  
Faciil No: 134

İMZA-KAŞE

Doç. Dr. Özlem DURAL  
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Kadın Hastalıkları ve Doğum AD  
Diyadin No: 11402 / 134

İMZA-KAŞE