



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN
ADI

PAMUKLU PED, RADYOOPAKLI

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

- 1.Yüksek emici güce sahip gazlı bezin ortasına hidrofily (emici) pamuk eklenerek dizayn edilmiş ve olarak, batın ameliyatlarında ve doğumda yaraya pansuman amaçlı kullanılmak amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.
- 2.Ürün $10(\pm 0.5) \times 15(\pm 0.5)$ CM radyoopaklı olmalıdır.
3. 4.Pedler tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun gazlı bez ve pamuktan imal edilmelidir.
- 4.Pedlerde pamuk gazlı bez içine muntazam yayılmış, pamuk 2 cm kalınlığında, 9-10 gr, gaz hidrofily ile tamamen kaplanmış, kenarlarından serbest ipler ve pamuk sarkmayacak şekilde katlanmış olmalıdır.
- 5.Radyopak tipindeki ürünlerde, radyopak şerit gazlı bezin boyunca dokunmuş olmalı, Yapıştırma tekniği ile birleştirilmiş olmamalıdır.
- 6.Her iki tipteki ürün içinde Bir pakette en az 3 adet pamuklu ped bulmalı, Pamuklu pedler, bir tarafı şeffaf sterilizasyon rulosu içerisinde ve nonsteril olarak teslim edilecektir.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

1-Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

KULLANIM YERİ
VE ÖZELLİĞİ

ÜRETİM TARİHİ
VE MİADİ

1.Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl raf ömrüne sahip olmalı ve bu tarih ambalaj üzerinde basılı olmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ
VE MİKTARI

- 1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
- 2.Sterilizasyon rulosu TS EN 11607 paketlenme materyalleri ile ilgili standardı karşılamalıdır.
- 3.Paketlenme materyalinin ağırlığı en az 70 gr olmalıdır. Rulo üzerinde buhar sterilizasyonunu işaret eden kimyasal indikatör bulunmalıdır.
- 4.Paketleri açma yönünde 2 cm açma payı bırakılmalıdır. Paketler açılırken düzensiz yırtıklar oluşmamalı, tüy çıkmamalıdır.

TIBBİ
ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT
ŞEKLİ

1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Birliği
Siber Tıp Fakültesi

Hems. Feray Tunç
Hems. Hsyo Özdemir

Hems. Hsyo Özdemir



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



2. Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

1. Ürünler T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
2. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
3. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1. paket veya kutu orijinal ambalajındaki numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
4. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyat Saniteleri
Hemşirelik Birim Sorumlusu
Siba

İMZA-KAŞE

Hems. Feray Tena
Piker

İMZA-KAŞE

Hems. Hulya Özdemir
M