



**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU**

**İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ**

MALZEMENİN ADI	Biyokimya Laboratuvarlarında Kullanılan Kemik Alkalen Fosfataz Aktivitesi (B-ALP) Kiti Teknik Şartnamesi
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orijinal ambalaj/kutusunda olmalı ve ELISA yöntemiyle ölçüm yapılmalıdır. 2. Kitler kurumumuzun demirbaş cihazında çalışılacaktır. 3. Bozuk, hatalı ve çalışmayan ürünler yüklenici firma tarafından aynı marka kitler ile, mümkün olmadığı takdirde bölümümüzce uygun görülen başka marka kit ile bölümün uygun gördüğü süre içerisinde değiştirilecektir. 4. Her kit kontrol serumu içermelidir.
MALZEME TESLİMATI ve DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitler idarenin siparişinden itibaren 30 gün içinde kit/kimyasal deposuna teslim edilmelidir. 2. Kitler kit bilgi formunda belirtilen koşullarda taşınmalı ve saklanmalıdır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alınan kitlerin son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 10 ay olacaktır. 2. Yüklenici firma, son kullanma tarihine 2 ay kalan ve tüketilemeyecek kitleri, miktarı ne kadar olursa olsun idarenin bildirimini takiben en geç 20 gün içinde ücretsiz olarak yeni tarihliyle değiştirecektir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	Kemik Alkalen fosfataz (B-ALP)(ELISA)
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none"> 1. İnsan serumu veya plazma ile çalışmalıdır. 2. Teklif edilen kitlere ait UBB kaydı olmalı ve Firma/firmalar bu kayıtları ihale dosyasına koymalıdır.

Kaşe - İmza

Doç. Dr. A. Fatih AYDIN

Kaşe - İmza

Dr. Fatma Hande KARPINOĞLU
Biyokimya Uzmanı
Din No: 25186/26654

Kaşe - İmza

Doç. Dr. Ayşegül TELCİ

Sayfa 1 / 1