



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



CİHAZ ADI

AHD IR KAMERA

TEKNİK  
ÖZELLİKLER

AHD IR KAMERA

Lens	3,6 mm, 6 mm, 8 mm, İsteğe Bağlı
Tarama	Progressive Scan Teknolojisi
Besleme (Çalışma Gerilimi)	DC 12V 2A
Gece Görüş Mesafesi	50 Metre Gece Görüş Mesafesi
Video Sıkıştırma	H.264 HP MP Video Sıkıştırma
Mesafe	Tek kablo üzerinden 500 Metre video / ses
Maks. Resolution	1280 x 1024p
Sensör	* 1/3" Sony MPX Sensör

GENEL HUSUSLAR

- 1- İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az 1 adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
- 2- Teknik Şartnamede talep edilen TSE veya CE belgeleri idareye ibraz edilecektir. Tüm malzemeler 1. kalite olacaktır.
- 3- Yüklenici firma ambalaj açıldığında, kırık, parçalanmış veya kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
- 4- Kullanıma uygun olmayan ürünlerin 10 (on) takvim günü içerisinde yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi idareye teslim etmelidir.
- 5- Talep edilen malzemeler ile ilgili numuneler Teknik Hizmetler Amirliğinde görülecektir. Yüklenici firma tüm ürünlerden en az 3 (üç) değişik marka veya model numunelerini idareye sunacak ve idarenin uygun göreceği marka veya model malzemeleri getirecektir.

İSTENİLEN  
DÖKÜMANLAR

İMZA-KAŞE

mer YORGUN  
Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

EMİNE DUMAN  
Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK  
Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU



TEKNİK SERVİS  
GARANTİ VE  
YEDEK PARÇA

- 1- Uzun süreli kullanımlara karşı dayanıklı ve imalat hatalarına karşı 2 (iki) yıl yüklenici firma garantisi altında olacaktır.
- 2- Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine 15 gün içerisinde tek seferde teslim edilecektir.
- 3- Malzemeler yüklenici firma tarafından teknik hizmetler deposuna götürülecek ve gösterilen yere elemanları tarafında istif edilmesi kaydıyla teslim edilmesi zorunludur.

MONTAJ

Yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

EĞİTİM

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Emrah ERGİN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZGÜÇ  
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
  
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  
  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
  
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	KAMERA SİSTEM KABLOSU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<p>CCTV 2+1 DİR. 2X0,22 mm. BESLEME Rg 59 %90 KAPLAMA COAX COAX İÇ TEL SAYISI (GÖRÜNTÜ): 7 TELLİDİR. KIRMIZI KABLO BESLEME: 0,22 DİR. SİYAH KABLO BESLEME: 0,22 DİR. KABLO YAPISI: KAPALI DEVRE KAMERA UYGULAMALARI İÇİN GÖRÜNTÜ, SES, GÜÇ, ALARM, TOPRAKLAMA VE REFERANS SİNYALLERİNİN AYNI ANDA İLETİMİ İÇİN DİZAYN EDİLMİŞ COMPOSITE COAXIAL KABLODUR.</p>
TESLİMAT ŞEKLİ	SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP TÜM KAMERA SİSTEMİYLE BİRLİKTE TESLİM EDİLECEKTİR.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<p>1-TEMİN EDİLECEK KABLOLARIN TAMAMI KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR. YÜKLENİCİ FİRMA GENEL SORUMLU STATÜSÜNDE OLDUĞUNDAN, SİSTEMDE KULLANILAN VE BAŞKA FİRMALAR TARAFINDAN ÜRETİLEN DİĞER BİLEŞENLERDEN DE SORUMLU OLACAKTIR. DAHA ÖNCE DEMO AMAÇLI KULLANILMIŞ OLAN KABLOLAR TESLİM EDİLMEMEYECİKTİR.</p> <p>2-KABLO KURUMA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA GEREK MONTAJ SIRASINDA, GEREKSE MONTAJ SONRASI TESTLER, KALİBRASYON VE BAKIM/ONARIM SIRASINDA, GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE OLSUN VEYA OLMASIN HİÇBİR FİRMA ELEMANI YANLARINDA İDARE YETKİLİLERİ OLMADAN CİHAZIN BULUNDUĞU ODAYA GİREMEMEYECİK VE MÜDAHALEDE BULUNAMAYACAKLARDIR.</p> <p>3-TASARIM, İMALAT VE MONTAJ HATALARI NEDENİ İLE DOĞABİLECEK İNSAN EKSENLİ HER TÜRLÜ MADDİ HASARDAN YÜKLENİCİ İFİRMA SORUMLU OLACAKTIR.</p>

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN

İstanbul Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İstanbul Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZÜRK

İstanbul Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

CİHAZ ADI

**16 KANAL CPD674 DVR KAYIT CİHAZI**

KAYIT CİHAZI 16 KANAL GİRİŞLİ ASGARİ 60 GÜN KAYIT TUTABİLECEK ŞEKİLDE VAR OLAN SİSTEME UYGUN OLARAK TÜM GÖRÜNTÜLER TEK EKLAN ÜZERİNDEN MERKEZDEN NETWORK VE İNTERNET ÜZERİNDEN SEYREDİLEBİLMELİDİR.

- H.264 VİDEO SIKIŞTIRMA VE TRANSFERİ
- REAL TIME GÖSTERİM & KAYIT: 100FPS @ CIF (352X288), 50 FPS @ FIELD (704X288), 25 FPS @ FRAME (704X576) <PAL>(KANAL BAŞINA FRAME AYARLAYABİLME)
- MULTİPLEX: İZLEME/ KAYIT/ GERİ OYNATMA/ YEDEK ALMA / AĞ
- MOUSE KONTROLÜ VE GRAFİK OSD MENÜ İLE KOLAY KULLANIM
- AKILLI HAREKET KAYDI: SADECE HAREKETİ ALGILAYAN KAMERA KAYDA GİREREK ETKİN BİR ŞEKİLDE HARD DİSK YERİ KAZANIR.
- TÜM KANALLARI AYNI ANDA KAYIT İZLEME
- CEP TELEFONU VE PDA: IPHONE, BLACKBERRY, WIN MOBİLE, SYMBIAN İLE UZAKTAN İZLEME DESTEĞİ
- AĞ VEYA İNTERNET: IE, FİREFOX, GOOGLE CHROME WEB TARAYICILARI VE QUICK TIME PLAYER DESTEĞİ
- CMS YAZILIM DESTEĞİ
- 10 KULLANICIYA KADAR BAĞIMSIZ KONTROL
- KEYBOARD VE UZAKTAN KUMANDA İLE KONTROL DESTEĞİ
- YEDEK ALMA: USB FLASH DİSK, NETWORK
- 4 SES GİRİŞİ & 1 SES ÇIKIŞI & 2 USB GİRİŞİ
- 1 MAIN MONİTÖR (BNC) & 1 VGA MONİTÖR ÇIKIŞLARI (AYNI ANDA HER İKİSİNDEN DE GÖRÜNTÜ ÇIKIŞI SAĞLAYABİLİR.)
- MOUSE HASSASİYET AYARLAYABİLME

CMS ÖZELLİKLERİ (VIDEO VIEWER)

- AYNI ANDA 16 CİHAZA BAĞLANTI & 256 KAMERA GÖRÜNTÜLEME
- UZAKTAN TAM CİHAZ KONTROLÜ
- UZAKTAN HIZLI VE KOLAY YEDEK ALMA VE KAYIT
- PTZ KONTROLÜ VE HOT POINT ÖZELLİĞİ

TEKNİK  
ÖZELLİKLER

İMZA-KAŞE  
Ömer YORGUN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

- E-MAP DESTEĞİ
- LOG KAYDI TUTMA VE YÜKLEME
- ÇİFT YÖNLÜ SES AKTARIMI
- IP KAMERA VE DVR CİHAZLARINI AYNI EKRANDA GÖRÜNTÜLEME
- 999 IP ADRESİNE KADAR KAYDETME VE SIRALAMA İMKÂNI
- 

GENEL HUSUSLAR

1-KURULACAK SİSTEMİN TÜM PARÇALARI KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR. YÜKLENİCİ FİRMA GENEL SORUMLU STATÜSÜNDE OLDUĞUNDAN, SİSTEMDE KULLANILAN VE BAŞKA FİRMALAR TARAFINDAN ÜRETİLEN DİĞER BİLEŞENLERDEN DE SORUMLU OLACAKTIR. AYNI ZAMANDA CİHAZ HIÇ KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR VE DAHA ÖNCE DEMO AMAÇLI KULLANILMIŞ OLAN CİHAZ TESLİM EDİLMEMEYECİKTİR.

2-CİHAZ KURUMA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA GEREK MONTAJ SIRASINDA, GEREKSE MONTAJ SONRASI TESTLER, KALİBRASYON VE BAKIM/ONARIM SIRASINDA, GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE OLSUN VEYA OLMASIN HIÇBİR FİRMA ELEMANI YANLARINDA İDARE YETKİLİLERİ OLMADAN CİHAZIN BULUNDUĞU ODAYA GİREMEMEYECİK VE MÜDAHALEDE BULUNAMAYACAKLARDIR.

3-TASARIM, İMALAT VE MONTAJ HATALARI NEDENİ İLE DOĞABİLECEK İNSAN EKSENLİ HER TÜRLÜ MADDİ HASARDAN YÜKLENİCİ FİRMA SORUMLU OLACAKTIR.

İSTENİLEN  
DÖKÜMANLAR

1-FİRMALAR, TEKLİF ETTİĞİ CİHAZ ARAÇ-GEREÇ VB.NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİ, ÇALIŞMA ORTAM KOŞULLARINI STANDART VE İSTEĞE BAĞLI (OPSİYONEL) AKSESUAR LİSTELERİNİ VE TÜM DIŞ GÖRÜNÜMÜNÜ AÇIK VE NET OLARAK GÖSTEREN TAM BOY RESİMLERİ İÇEREN TANITIM, BROŞÜR VEYA KİTAP/KİTAPÇIĞINI TEKLİF DOSYASI İLE VERMELİDİR.

2- FİRMALAR, TEKLİF ETTİĞİ CİHAZIN AYNI VEYA FARKLI MODELLERİNDEN SATAN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURUM VE KURULUŞLARIN AD, ADRES, TELEFON NUMARASI VE SATIŞ TARİHLERİNİ LİSTE HALİNDE VERDİĞİ TEKLİF DOSYASINA EKLEYECEKTİR.

TEKNİK SERVİS  
GARANTİ VE  
YEDEK PARÇA

1-YÜKLENİCİ İLGİLİ SİSTEMİN TEKNİK BAKIM VE ONARIMLARININ YAPILABİLMESİ İÇİN PROFESYONEL DÜZEYDE TECRÜBESİ BULUNAN SERVİS ELEMANLARINI BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDECEĞİNİ YAZILI OLARAK TAAHHÜT EDECEK VE İLGİLİ BELGEYİ KOMİSYONA TESLİM EDECEKTİR.

2-YÜKLENİCİNİN SORUMLU TEKNİK SERVİSİ ARIZAYA 24 (YİRMİDÖRT) SAAT

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Portakal...  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim...  
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

İÇİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. YURT DIŞINDAN YEDEK PARÇA İTHALATI GERKSİNİMİ VARSA, YÜKLENİCİ ENGEÇ 15 (ONBEŞ) GÜN İÇERİSİNDE İTHALATI GERÇEKLEŞTİRMEK VE CİHAZI ÇALIŞIR DURUMA GETİRMEK ZORUNDADIR.

3-ALIMI YAPILAN CİHAZLAR HER TÜRLÜ ÜRETİCİ HATALARINA KARŞI EN AZ 2 (İKİ) YIL SÜRE İLE ÜCRETSİZ YEDEK PARÇA VE BAKIM GARANTİSİNE VE 2 (İKİ) YIL SONUNDA İSE EN AZ 10 (ON) YIL SÜRE İLE ÜCRETİ KARŞILIĞINDA YEDEK PARÇA VE BAKIM GARANTİSİNE SAHİP OLACAKTIR.

1-YÜKLENİCİ MONTAJ ÇALIŞMALARINI SIRASINDA HER TÜRLÜ EMNİYET TEDBİRİNİ ALMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

2-YÜKLENİCİ MONTAJ ÇALIŞMALARINI SIRASINDA KENDİ ELEMANLARININ DİKKATSİZ, TEDBİRSİZ ÇALIŞMALARINDAN DOĞACAK HER TÜRLÜ ZARAR VE ZİYANI TAZMİN ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

3-YÜKLENİCİ MONTAJ ÇALIŞMALARINI SIRASINDA HASTA, HASTA YAKINLARI VE HASTANE PERSONELİNE KARŞI KENDİ ELEMANLARININ SEBEBİYET VERECEĞİ HER TÜRLÜ OLUMSUZLUKLARA KARŞI ADLİ MAKAMLAR NEZDİNDE SORUMLUDUR.

4-YÜKLENİCİ, CİHAZI İDARE TARAFINDAN İSTENİLEN YERE ÜCRETSİZ MONTE ETMEKLE VE MONTAJ İÇİN HER TÜRLÜ DÜZENLEMİYİ YAPMAKLA YÜKÜMLÜDÜR.

5-CİHAZIN KURULUMU VE TESLİMİ SIRASINDA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ EN AZ BİR YETKİLİ VE EN AZ BİR TEKNİK ELEMAN HAZIR BULUNACAKTIR. DÜZENLENECEK TESLİM TUTANAĞINADA İDARE YETKİLİSİ, HASTANE TEKNİK ELEMANI VE FİRMA YETKİLİSİNİN İMZASI OLMADAN CİHAZLAR TESLİM ALINMAYACAKTIR.

6-YÜKLENİCİ SİSTEMİ MONTE ETTİKTEN VE KULLANIMA HAZIR HALE GETİRDİKTEN SONRA SON KABUL VE FONKSİYON TESTLERİNİ YAPMALI, BU TESTLER SIRASINDA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YETKİLİ VE TEKNİK ELEMANLAR HAZIR BULUNMALIDIR.

1-YÜKLENİCİ, İDARENİN BELİRLEYECEĞİ EN AZ BİR KİŞİYE CİHAZIN NASIL KULLANILACAĞINI GÖSTERECEKTİR.

2- YÜKLENİCİ SATACAĞI CİHAZA AİT KLAVUZLARI, SERVİS VE EL KİTAPLARINI İNGİLİZCE VE/VEYA TÜRKÇE CİHAZLARDAN SORUMLU TEKNİK ELEMANLARA TESLİMAT ESNESİNDE TESLİM ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
  
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ  
  
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ  
  
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ  
  
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

**HARDDİSK**

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

KAPASİTE 4TB  
DÖNÜŞ HIZI (DEVİR / DAKİKA): 7200 DEVİR/DAKİKA  
BELLEK 64 MB.  
ARABİRİM SAAT: 6 Gb/s  
AKTARIM HIZI INTERNAL DATA TRANSFER RATE (MAX) 2147 Mb/s, AVERAGE DATA RATE, READ/WRITE (Mb/s) 156 Mb/s  
MAXIMUM SUSTAINED DATA RATE, OD READ (Mb/s) 210 Mb/s, I/O DATA TRANSFER RATE (MAX) 600 Mb/s.

TESLİMAT ŞEKLİ

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 10 GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFERDE / SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLİ ARALIKLARLA TESLİM EDİLECEKTİR.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1-KURULACAK SİSTEMİN TÜM PARÇALARI KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR. YÜKLENİCİ FİRMA GENEL SORUMLU STATÜSÜNDE OLDUĞUNDAN, SİSTEMDE KULLANILAN VE BAŞKA FİRMALAR TARAFINDAN ÜRETİLEN DİĞER BİLEŞENLERDEN DE SORUMLU OLACAKTIR. AYNİ ZAMANDA CİHAZ HIÇ KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR VE DAHA ÖNCE DEMO AMAÇLI KULLANILMIŞ OLAN CİHAZ TESLİM EDİLMEMEYECİTİR.

2-CİHAZ KURUMA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA GEREK MONTAJ SIRASINDA, GEREKSE MONTAJ SONRASI TESTLER, KALİBRASYON VE BAKIM/ONARIM SIRASINDA, GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE OLSUN VEYA OLMASIN HIÇBİR FİRMA ELEMANI YANLARINDA İDARE YETKİLİLERİ OLMADAN CİHAZIN BULUNDUĞU ODAYA GİREMEMEYECİK VE MÜDAHALEDE BULUNAMAYACAKLARDIR.

3-TASARIM, İMALAT VE MONTAJ HATALARI NEDENİ İLE DOĞABİLECEK İNSAN EKSENLİ HER TÜRLÜ MADDİ HASARDAN YÜKLENİCİ İFİRMA SORUMLU OLACAKTIR.

İMZA-KAŞE  
Ömer YORGUN  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE  
FURKAN YILMAZ  
Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE  
İbrahim YILMAZ  
Hastane Müdür Yardımcısı



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI

ADAPTÖR

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

AC INPUT 220 + 15%  
DC OUTPUT 12V 10A

TESLİMAT ŞEKLİ

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İDARENİN TALEBİ ÜZERİNE 10 GÜN İÇERİSİNDE TEK SEFERDE / SİPARİŞ ÜZERİNE BELİRLİ ARALIKLARLA TESLİM EDİLECEKTİR.

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1-KURULACAK SİSTEMİN TÜM PARÇALARI KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR. YÜKLENİCİ FİRMA GENEL SORUMLU STATÜSÜNDE OLDUĞUNDAN, SİSTEMDE KULLANILAN VE BAŞKA FİRMALAR TARAFINDAN ÜRETİLEN DİĞER BİLEŞENLERDEN DE SORUMLU OLACAKTIR. AYNI ZAMANDA CİHAZ HIÇ KULLANILMAMIŞ OLMALIDIR VE DAHA ÖNCE DEMO AMAÇLI KULLANILMIŞ OLAN CİHAZ TESLİM EDİLMEMEYECİKTİR.

2-CİHAZ KURUMA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA GEREK MONTAJ SIRASINDA, GEREKSE MONTAJ SONRASI TESTLER, KALİBRASYON VE BAKIM/ONARIM SIRASINDA, GARANTİ SÜRESİ İÇİNDE OLSUN VEYA OLMASIN HIÇBİR FİRMA ELEMANI YANLARINDA İDARE YETKİLİLERİ OLMADAN CİHAZIN BULUNDUĞU ODAYA GİREMEMEYECİK VE MÜDAHALEDE BULUNAMAYACAKLARDIR.

3-TASARIM, İMALAT VE MONTAJ HATALARI NEDENİ İLE DOĞABİLECEK İNSAN EKSENLİ HER TÜRLÜ MADDİ HASARDAN YÜKLENİCİ FİRMA SORUMLU OLACAKTIR.

İMZA-KAŞE

Ömer YORGUN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

Fatih ERGÜN

Hastane Müdür Yardımcısı

İMZA-KAŞE

İbrahim ÖZTÜRK

Hastane Müdür Yardımcısı