



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

<b>MALZEMENİN ADI</b>	<b>U Tipli Alerji Prick Test Lanseti</b>
<b>FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ</b>	1-Akrilik hammaddeden üretilmiş olmalı, uygulamayı kolaylaştırmak amacı ile lazerle inceltilmiş, çapaksız ve statik elektrik yüklü olmalıdır. 2-Uygulamada kullanılacak tepsiler yüklenici tarafından ücretsiz verilmeli, hava ile teması kesen, antijenleri kuyucuklardan kendi almaya uygun, tek işlemde uygulamaya olanak veren ve alerjenlerin uçmasını önleyen özel tasarımda olmalıdır.
<b>DEPOLAMA ŞARTLARI</b>	Serin ve kuru yerde depolanmalıdır.
<b>KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ,</b> <b>AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI</b>	1-Alerji deri testlerinin uygulanmasında kullanılacaktır. 2-Lansetler 2 (iki) uçlu, U şeklinde çift iğneli olmalıdır. Antijeni tepsiden %0,001 oranında almaya ve 3 ml antijenden en az 1000 (bin) test çalışmaya olanak vermelidir. 3-Yüklenici, alımı yapılan lansetler tüketilene kadar uygulanan panellerde yer alan prick solüsyonları istenilen miktarda temin etmekle sorumludur. Prick Solüsyon ambalajları 2 - 3 - 3,5 ml'lik şişelerde olmalıdır. 5-Lansetlerin %90 - %96 aralığında doğruluk çalışması ve 3 ml ile 1000 test yapılabilirliği belgelenmelidir.
<b>ÜRETİM TARİHİ VE MİADI</b>	1-Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 2-Yüklenici, idarenin bildirim sonrasında tüketilemeyen ürünleri miyadının dolmasına en az 3 ay kala 1 yıl miyadlı yeni ürünlerle ücretsiz olarak değiştirecektir.
<b>TESLİMAT ŞEKLİ</b>	Malzeme ve sarfların teslimatı, partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişten sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposu'na yapılacaktır.
<b>ZORUNLU ÖZELLİKLER</b>	1-Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalı, sahip olmayan malzeme için UBB kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunulmalıdır. Ayrıca ürünlerin CE ve/veya FDA sertifikası olmalıdır. 2-Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını gösteren firma üretim kataloğu, firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilecektir.

**İMZA-KAŞE**  
Prof. Dr. N. KELEŞ TUREL  
Kulak, Burun ve Göğüs Hastalıkları  
Dip. No: 237 23515  
Uzmanı No: 35474750081

**İMZA-KAŞE**  
Prof. Dr. ZEYNEP ÖLKER TAMAY  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Hastalıkları ve Alerji  
Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 49455

**İMZA-KAŞE**  
Prof. Dr. Aşlı AKÇOR  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
İç Hastalıkları İmmünoloji ve Alerjik  
Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı  
Dip. Tez. No: 23643 / 11 Dip. Tes. No: 82

**İMZA-KAŞE**  
Prof. Dr. İncir ÖZGÜR OKUMUŞ  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tescil No: 4767

**İMZA-KAŞE**  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Prof. Dr. Meliha NALÇACI  
Dip. Tescil No: 28718  
İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı



**T.C.**  
**İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ**  
**SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME**  
**FORMU**

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

3-Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.  
4-İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 20 adet numuneyi ihale sonrasında üç (3) iş günü içerisinde ilgili birime teslim edecektir. Numunelerin değerlendirilmesinden sonra ihale karara bağlanacaktır.  
5-Yüklenici, uygulamada görev alan personele ürünlerin kullanımı ile ilgili yeterli eğitimi vermekle sorumludur.  
6-Yüklenici, ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan, hatalı veya bozuk olduğu tespit edilen ürünleri yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştirecektir.

**PROF. DR. ZEHRA ÜLKER TAMAY**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  
Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 49458

İMZA-KAŞE

**Prof. Dr. Nasil KALEŞ ÜREL**  
Kulak Burun ve Göz Hastalıkları  
Dip. No: 214 / 2015  
Uzmanı No: 35474 / 50081

İMZA-KAŞE

**Prof. Dr. Asım AKKÖR**  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
İç Hastalıklar İmmünoji ve Allerjik  
Hastalıkları Birim Başkanı  
Dip. Tes. No: 230-3 / 2011 Dip. Tes. No: 82124

İMZA-KAŞE

**Prof. Dr. Meliha NALÇACI**  
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ  
Dip. Tes. No: 28718  
Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı

**Prof. Dr. Nurgül OKUMUS**  
İstanbul Tıp Fakültesi  
Dip. Tes. No: 64787  
Çocuk Hastalıkları Uzmanı  
A.B.D. Başkanı