



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
ANABİLİMDALI
BAKTERİYOLOJİ BİLİM DALI
REVİZYON NO : V.23.2

MALZEMENİN
ADI

İDRAR / BALGAM KABI, STERİL, KAPAKLI (VİDALI)

FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİ

1. Şeffaf olmalı ,kapaklı olmalı, kapakları vidalı olmalı (burgulu kapaklı), düzgün şekilde kapatılabilmelidir.
2. Kabın üzerinde taksimat çizgileri olmalıdır.
3. Sızdırmaz, kırılmaz özellikte ve kolay devrilmeyecek yapıda olmalıdır.
4. 100-150 ml'lik olmalı, ağzı geniş olmalıdır.
5. Steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir.
6. İdrar kabı üzerinde hasta bilgilerinin yazılabileceği bir alan olmalıdır.

KİMYASAL
ÖZELLİKLERİ

DEPOLAMA
ŞARTLARI

Malzemelerin teslimatı idarenin belirleyeceği miktar ve sürelerde yapılacaktır.

KULLANIM
YERİ VE
ÖZELLİĞİ

Mikrobiyoloji laboratuvarı genelinde numune almak için kullanılacaktır.

ÜRETİM
TARİHİ VE
MİADI

Teslim tarihinden itibaren en az 8 (sekiz) ay miadlı olmalıdır.

AMBALAJ
ŞEKLİ VE
MİKTARI

Her idrar bardağı ayrı ayrı paketlenmiş (poşetlenmiş) olmalı,paketlerde sterilizasyonu bozacak yırtık olmamalı, paketin üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

TESLİMAT
ŞEKLİ

Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır. UBB kapsam dışı olan ürünler için UBB kapsam dışı olduğuna dair belge ihale evrakları içinde sunulmalıdır.
2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her birinden en az 2'ser adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Teklif verilen her ürün için numune teslim tutanağında; ihaledeki kalem sırası ,isteklinin teklif ettiği ürünün markası,katalog numarası (kodu) ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. Gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
4. Firma miadının dolmasına 1(bir) ay kala kullanılmamış ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA - KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA - KAŞE

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi
Öğr.Gör.Dr. D.Bahar AKGÜN KARAPINAR
Dip. Tes. No: 83281-117991
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı

Bio. Kerem AMBULUT
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.

Bio. Halil BEYKEMİR
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.B.D.

D. Bahar

Halil Beykemir