




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	KAN VE KAN BİLEŞENLERİ NAKİL POŞETİ - IU50099010002
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	Ürünlerin üzerinde malzemenin adı, kısaltması, lot numarası, miktarı, üretici firmanın adı, üretim ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. 2. Oda ısısında (18-25 C) muhafaza edilmelidir. 3. Ürünün üzerinde saklama koşulları yazılı olmalıdır. Transport, üreticinin öngördüğü koşullarda (soğuk zincir vb.) teslim edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	4. Kan merkezinde hazırlanan kan ve kan bileşenlerinin kliniklere taşınması sağlamak.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	Sözleşme süresince alınan malzemeler son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır. Malzemeler son kullanma tarihinden 2 ay öncesinde yükleniciye haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun yüklenici tarafından uzun miatlılarla değiştirilmelidir. Malzemeler ile ilgili standart ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda, bu setler yüklenici tarafından ücretsiz yenileri ile değiştirilmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 2. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	KAN ve KAN BİLEŞENLERİ NAKİL POŞETİ 1. Kan ve kan bileşenlerinin güven içinde nakledilmesi için özel hazırlanmış olmalıdır. İki adet LDPE (düşük yoğunluklu polietilen) yaprağı arasına yerleştirilmiş ısı transferini azaltan yalıtım maddesinden olmak üzere 3 katmandan oluşmalıdır. 2. Kullanılan yalıtım maddesi tek parça olmalı, poşetin altından ısı kaçışına izin vermemelidir. 3. Tek kullanımlık olmalıdır. 4. Poşetin ağzı çift taraflı yapıştırıcı bant ile kapatılmalıdır. 5. Taşıma anında poşetin ağzı tam kapalı olmalı, nakli yapan kişilerin emniyetini sağlamalı nakil esnasında taşınan ürüne müdahale izni vermemelidir. Poşet alıcı varış noktasında ayrıca bir ekipmana gerek duymayacak şekilde perforeli bölümden çekilerek ve tekrar kapatılmayacak şekilde açılabilir. Nakil esnasında poşetin açılıp açılmadığı anlaşılır olmalıdır. Kolay taşınabilir el girecek taşıma deliği olmalıdır. 6. Maksimum iki tam kan taşıyabilir olmalıdır. (1000 ml) 7. İstendiği takdirde içine ısı kontrol etiketi yapıştırılmalıdır. 8. Poşetin ön yüzünde kapatma tarihi, kapatma saati ve tarihi, gönderen merkez, Gönderenin adı, gideceği hastane, servis/ oda, hasta kan grubu kan ve/veya kan komponentin adı ve adedi, (Eritrosit, trombosit, taze donmuş plazma, kriyo, tam kan, diğer) bilgileri yer almalıdır. (Düzenlemeler tarafımızdan ayrıca verilecektir). 9. Poşetin arka yüzünde torbanın açılmaması, sadece kan ve/ veya kan komponentleri için olduğu, tek kullanımlık olduğu, tıbbi atık olduğu, sıcak ve soğukla direkt temastan, aşırı çalkalamadan kaçınılması, güvenli nakil süresi için bilgi alınması gibi emniyetli nakil uyarısı bilgileri yer almalıdır ve Kan Merkezinin poşet üzerine ekleyeceği bilgilerin silinmeyecek şekilde yazılmasına (tükenmez kalem, cam kalem vb. ile) uygun olmalıdır.

İMZA-KAŞE

Çiğdem KAFTAN
İstanbul Kaşe
Hemşire

İMZA-KAŞE


Elvan Dökümlü
Mevlâ YANARLIK

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Nevzat BEŞİŞİK
İç Hast. ve Hematoloji Uzm.
Kan Bankası Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



10. İstekliler, ortam ısısına paralel olarak 30 – 45 dakika taşıma süresince kan torbasının +8 C'nin üzerine çıkmadığının belgesini ihale komisyonuna sunmalıdır.

3. Oda ısısında (18-25 C) muhafaza edilmelidir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

1. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az 2 (iki) adet** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. ihaleden sonra teklif ettikleri ürünün örnek uygulama çalışmasını (Demo) yapacaklardır. Bunun için **ihaleden sonraki 2 (iki) iş günü içerisinde** Kan merkezine başvurarak randevu alacaklardır. Demo için Kan Merkezi'ne başvuran isteklilere saat 10:00'da başlamak üzere her demoya bir gün verilecektir. Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacıyla tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak zorundadır. Örnek uygulama çalışmasını yapmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2. Yüklenici; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. Yükleniciler bozuk, hatalı çıkan sarf malzemeleri yenileri ile değiştirmelidir.
3. Yüklenici miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.
5. Miadı içinde bozulduğu görülen setleri yüklenici tarafından 15 gün içinde yenileriyle değiştirilmelidir. Test setlerinin tümünün etkilendiği durumda 24 saat içinde yenileri temin edilmelidir ve bunu belirten yazılı taahhütname Muayene Kabul Komisyonu'na verilmelidir.
6. Sözleşme süresince alınan malzemeler, son kullanma tarihinden 2 ay öncesinden, firmaya haber vermek kaydıyla miktarı ne olursa olsun yüklenici tarafından uzun milatlılarla değiştirilmelidir.
7. Numune alınması, test çalışması ve hastaya sonuç verilmesi için gerekli olan tüm sarf ve kırtasiye malzemeleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.
8. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.
9. Malzemeler yüklenici tarafından İstanbul Tıp Fakültesi Ayniyat deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim edilmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Malzeme Komisyonu
Hemş.

İMZA-KAŞE

İstanbul Tıp Fakültesi
Malzeme Komisyonu
Hemş.

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Serdar MESİŞİK
İç Hast. ve Hematoloji Uzm.
Kan Bankası Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	DEKONTAMİNASYON KİTİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen kit Kan Merkezi Laboratuvarlarında, Donasyon, Flebotomi ve Aferez ünitesinde kimyasallar, biyolojik örnekler, toksik atıklar gibi çalışan ve çevreye zarar verebilecek sıvıların dökülme-saçılması durumunda kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.2. Dökülen sıvıyı hızla emerek çevreye yayılmasını engelleyebilmelidir. Döküntünün güvenli bir şekilde temizlenmesini, zeminin dezenfekte edilmesini ve kötü kokularının giderilmesini sağlamalıdır.3. Kit içeriğindeki ürünler dayanıklı bir ambalaj/çanta /kutu içinde olmalıdır. Kit içeriğinde en az aşağıdakiler bulunmalıdır.4. 1'er adet koruyucu yüz maskesi, koruyucu gözlük, koruyucu bone ve kollu koruyucu önlük5. 2 çift latex veya nitrilden üretilmiş sıvı geçirmez eldiven ve 1 çift sıvı geçirmez ayak koruyucu6. 200-250 g sıvı emici toz ve 1 adet sıvı emici ped7. 1 adet 100 ml yer ve yüzey temizleyici sıvı8. 2 adet döküntüyü uyarıcı işaret levhası9. 1'er adet temizlik spatulası ve küçük boy plastik kürek10. 2'şer adet emici temizlik bezi, tıbbi atık poşeti ve plastik bağcık11. Türkçe kullanma kılavuzu
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.2. Kit teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.3. Malzeme ve sarf maddelerin teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi siparişden sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposuna teslim edilecektir.

İMZA-KAŞE

AFTANCIÖĞÜ
İstanbul Tıp Fakültesi
Kan Bankası Sorumlusu

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. S. Yanık
İstanbul Tıp Fakültesi
Kan Bankası Sorumlusu

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. S. Yanık
İç Hast. ve Kardiyoloji Uzm.
Kan Bankası Sorumlusu



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	PLASTİK POŞET KİLİTLİ 23x31 CM
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen poşet kliniklerden transfüzyonu bitmiş kan ve kan bileşenlerinin kan merkezine iadesinde hijyenik koşulları sağlamak amaçlı kullanılacaktır.2. LDPE malzemeden üretilmiş olmalıdır.3. Ebatları 23x31 cm olmalıdır.4. Şeffaf renkte olmalıdır.5. Poşet elle tamamen kilitlenebilecek mekanizmaya sahip olmalıdır.6. Poşet yüzeyleri düz pürüzsüz olmalı, üretim hataları içermemelidir.7. Kenarlarında, kesim yerlerinde çapak olmamalıdır.8. Poşetler 250'lik, 1000'lik veya 2000'lik paketler halinde teslim edilmelidir..
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

İMZA-KAŞE

ÖZGÜR HASTANECİOĞLU
İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi
Hemşirelik Birimi Başkanı

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Serap BEŞİŞİK

İMZA-KAŞE

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Prof. Dr. Serap BEŞİŞİK
İç Hast. ve Hemşirelik Uzm. Dr.
Kan Bankası Sorumlusu