




T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	ALÇI KESME MOTOR UCU
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen alçı kesme motor uçları klinik demirbaşında mevcut elektrikli (De Soutter) ve (HEBU 8894) marka motorlar ile uyumlu olmalıdır.2. Teklif edilen perforatör uçları klinikte kullanılan sistemle aynı orijinallikte ve aynı üretici malı olmalıdır.3. Uç şekli düz olmalıdır.4. Teklif edilen alçı motor ucu 50-65 mm olmalıdır.
DEPOLAMA ŞARTLARI	<ol style="list-style-type: none">1. Normal oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADİ	<ol style="list-style-type: none">1.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	<ol style="list-style-type: none">1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.2.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası, sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, sterilizasyon tarihi bulunmalıdır.3.Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.4.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerinegün içerisinde sipariş üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 10 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	<ol style="list-style-type: none">1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere her boydan en az ...1. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.4. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.5. Kalemlerin tamamına teklif verilecektir.

Prof. Dr. Havati DURMAZ
İMZA-KAŞE Anatomi Dalı Başkanı

Prof. Dr. Gökhan POLAT
İMZA-KAŞE T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı - İstanbul

Prof. Dr. Fuat BİLGİLİ
İMZA-KAŞE T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı - İstanbul