



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ	<input type="checkbox"/>
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ	<input type="checkbox"/>

MALZEMENİN ADI

**Keton Stribi**

FİZİKSEL  
ÖZELLİKLERİ

1. Kan keton stribi karşılığı kanda keton cihazı teslim edilmelidir.
2. Kan keton stribi ,beta hidrosibütrik asiti ölçmelidir.
3. Sistem kan ketonu ölçümünü kapiller tam kandan yapabilmelidir
4. Kan ketonu için en fazla 1,5 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.
5. Kan keton ölçüm aralığı 0.0-8.0 mmol/l olmalıdır. Hematokrit aralığı %030-<sup>0</sup>/060 olmalıdır.
6. Sistem 10 sn içinde kan keton değerini verebilmelidir.30 sn. içinde ikinci kan damlası aplikasyonu yapabilmelidir.
7. Stripler,ürikasit, askorbik asit(C vitamini), captoril, kolesterol, trigliserit ve bilirubin gibi ilaç ve metabolitlerden etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir. Yani interferans etkilere kapalı olmalıdır.
8. Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı 2 kullanılır olmalı; şeker ve kan keton ölçmelidir.
9. Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı ücretsiz kodlama olmalı, yüksek ve düşük şeker uyarı hatırlatıcı özelliği olmalıdır
10. Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazın dışında yapılabilir.
11. Stribin kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatalı ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani bölge dokunabilir olmalıdır.
12. Kullanılan striplerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir,,
13. Strip ile teklif edilecek ölçüm cihazı otomatik olarak ölçüme başlamalıdır.
14. Strip ile teklif edilecek ölçüm cihazında geniş bir hafıza kapasitesi olmalı (400) ve gerektiğinde günlük, haftalık veya aylık rapor alınabilmelidir.

KİMYASAL  
ÖZELLİKLERİ

1. Kitlerin miadları teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
2. Kitlerin, gerektiğinde miadının bitmesine birimlerin talepleri doğrultusunda yeni miadlı kitler ile değiştirilmelidir.

DEPOLAMA  
ŞARTLARI

1. Kit ve malzemeler kullanıma hazır olmalıdır.
2. Orijinal ambalaj/kutusunda olmalıdır.
3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında kullanışı uygun olmayan, hatalı ve bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz değiştirmelidir.

KULLANIM YERİ VE  
ÖZELLİĞİ

Kitler ve sarflar idarenin siparişinden itibaren en geç 20 gün içinde Çocuk Acil Bilim Dalına teslim edilecektir. **Teslimatın yapılmadığı her gün için yüklenici firmaya fatura bedel, üzerinden %1 oranında ceza kesilecektir.**

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.  
Prof. Dr. Metin UYSAL  
Dip. Tes. No:50905

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Serra GENÇ  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.B.D.  
Dip. Tes. No:244157

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.  
Dr. İrem YETKİN  
Dip. Tes. No:259902



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

ÜRETİM TARİHİ VE  
MİADI

Malzemenin son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az "2 yıl" miadı olmalıdır. Malzemenin tesliminden sonra kurumda kullanımı esnasında son kullanma tarihine "3 (üç) ay" kala olan malzemeler yeni miadlı (en az 2 yıl) malzemelerle değiştirilmelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ VE  
MİKTARI

Keton Stribi 800 adettir.

TIBBİ ÖZELLİKLERİ

TESLİMAT ŞEKLİ

Malzeme ve sarfların teslimatı partiler halinde ilgili birimin isteği doğrultusunda idarenin çekeceği resmi sipariştten sonra en geç 20 takvim günü içerisinde Kit-Kimyasal Ambarı Deposu'na teslim edilecektir

ZORUNLU  
ÖZELLİKLER

1. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalı, sahip olmayan malzeme için UBB kapsam dışı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.  
2- Tüm malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki tüm özellikleri taşıyan, ürünlerin markasını gösteren firma üretim katalogunu, firma kaşesi basılarak ihale esnasında uzman üyelere teslim edilmelidir.  
3- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile 7 takvim günü içerisinde ücretsiz olarak değiştireceği ile ilgili yazılı taahhütname ile malzemelere ait garanti belgesini muayene ve Kabul Komisyonu'na verecektir.  
4- Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.  
5- İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az ...1.. adet numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.  
6- Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.  
7- Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü yenisi ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.  
Prof. Dr. Metin UYSALOL  
Dip. Tes. No: 50993

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Dr. Serra GENÇ  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.  
Dip. Tes. No: 244157

İMZA-KAŞE

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi  
Çocuk Sağlığı ve Hast. A.B.D.  
Dr. İrem YETKİN  
Dip. Tes. No: 259902