
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTANESİ
VATAN YERLEŞKESİ
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
HASTABAŞI MONİTÖR YEDEK PARÇA DOSYASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEKNİK ŞARTNAME NO
İTF / YP / VTN YERL / 06

-
1. Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 2. Bu teknik şartnamede, Biyomedikal Bölümü'nün yazılı izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılamaz.
 3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan idari şartnamede belirtilmesi gereken bazı idari hususlar, cihaz/ürün/sistem spesifikasyonlarının Biyomedikal Bölümü Teknik Elemanları tarafından daha detaylı olarak bilinmesi nedeniyle hazırlanarak teknik şartnameye eklenmiştir.

İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Ali Emre CAACI
Dip. Tescil No: 48970
Anesteziyoloji Uzmanı

İstanbul Tıp Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hacer Aysen YAVRU
Dip. Tescil No: 38267
Anesteziyoloji Uzmanı

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Mehmet SIVRİKOZ
Dip. Tescil No: 111981
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ BİYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI HASTABAŞI MONİTÖR YEDEK PARÇA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	ITF/OB/VTN YRLŞ/06 17/ 04 /2024 00 1 / 2
--	--	--	---

Sıra No	Yedek Parça Adı	ADET	Cihaz/Ürün/Sistem Adı	Biyomedikal Kimlik No	Konum	Cihaz/Ürün/Sistem Marka ve Model
1	EKG KABLO-MANŞON ARA KABLO - SPO2 ARA KABLO	6 ADET	Hastabaşı Monitörü	253.3.5/16/3815 253.3.5/16/3816 253.3.5/16/3814	Ameliyathane-Uyanma odası	GE – (B650-B125-20) SK416361080HA
2	2'Lİ MANŞON	6 ADET				
3	PROB SATURASYON	10 ADET				
4	SATURASYON PROB ÇOCUK BOY AVANCE CİHAZA UYUMLU	2 ADET				
5	5 Lİ EKG KABLOSU	4 ADET				
6	MANŞON ARA KABLO - SPO2 ARA KABLO	4 ADET	Hastabaşı Monitörü	253.3.5/13/706920 253.3.5/18/39579 253.3.5/20/40651	Ameliyathane-Uyanma odası	Drager - DELTA XL 6001952075 6010022684 6001948067 6105302879
7	MANŞON TEKLİ M	10 ADET				
8	MANŞON ÇİFTLİ L	4 ADET				
9	TEKLİ MANŞON	3 ADET				
10	EKG KABLO-MANŞON ARA KABLO - SPO2 ARA KABLO	1 ADET		253.3.5/20/30102		Mindray-İMEC15-JM-83000285A

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali Emre ÇATIRCI Dip. Tescil No: 43970 Anesteziyoloji Uzmanı	İstanbul Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Aysen YAVRU Dip. Tescil No: 38267 Anesteziyoloji Uzmanı	İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi Doç. Dr. Nülkhet SIVRİKOZ Dip. Tescil No: 44981 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ BIYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTANESİ VATAN YERLEŞKESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI HASTABAŞI MONİTÖR YEDEK PARÇA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/OB/VTN YRLŞ/06 17/ 04 /2024 00 2 / 2
---	--	--	---

1. TESLİMAT ve GARANTİ

1.1. Kullanılan yedek parçalar yeni ve kullanılmamış parça olmalıdır. İstenildiği takdirde yüklenici yedek parçaları hangi üretici firmadan temin ettiğini ve üretici tarafından kalite kontrolünün yapılmış olduğunu belgelemek zorundadır.

1.2. Kullanılan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garanti kapsamında olmalıdır. Yedek parçanın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda yüklenici tarafından ücretsiz olarak değiştirilmek zorundadır.

1.3. Kullanılan her türlü yedek parça, hasta ve kullanıcı emniyetini tehlikeye sokmamalıdır. Cihaz/ürün/sistemi, hastayı, kullanıcıyı ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebilecek yedek parçalar kullanılamaz.

1.4. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirini almak zorundadır.

1.5. Kullanılan yedek parça cihazda fonksiyon kaybına veya var olan işlevlerin iptaline yol açmamalıdır. Yedek parça ile ilgili oluşabilecek yeni arızadan yüklenici firma sorumlu tutulur ve ilgili her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanır.

1.6. Teslimat sonunda, cihaz/ürün/sistemin çalışma performansı test edilerek cihaz/ürün/sistem çalışır vaziyette teslim edilir.

1.7. Kullanılacak yedek parçalar, cihaz/ürün/sistemin orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek biçimde olmalıdır.

1.8. Yukarıdaki maddelerde belirtilen hizmetler, Biyomedikal Bölümü teknik elemanlarının gözetiminde yapılır.

Biyomedikal Bölümü'nün gözetimi dışında yapılan işlemler için ücret ödenmez.

Parça değişimi yapılan cihaz/ürün/sistem ile ilgili olarak yüklenici firmanın 4 nüshalı "Servis Formu" ile Biyomedikal Bölümü "Teknik Servis Kontrol Formu" birlikte

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
<p>İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali Emre ÇALIŞI Dip. Tescil No: 43970 Anesteziyoloji Uzmanı</p>	<p>İstanbul Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Aysen YAVRU Dip. Tescil No: 38267 Anesteziyoloji Uzmanı</p>	<p>I.O. İstanbul Tıp Fakültesi Doç. Dr. Nüket SIVRIKOZ Dip. Tescil No: 11984 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı</p>

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTAHANESİ VATAN YERLEŞKESİ BIYOMEDİKAL BÖLÜMÜ	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖZ, KBB VE CERRAHİ HASTANESİ VATAN YERLEŞKESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI HASTABAŞI MONİTÖR YEDEK PARÇA DOSYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ	Teknik Şart.No Tarih Revizyon Sayfa	İTF/OB/VTN YRLŞ/06 17/ 04 /2024 00 3 / 2
---	--	--	---

düzenlenir ve bu formların birer nüshası cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birimde, birer nüshası Biyomedikal Bölümü'nde, birer nüshası ise yüklenicide kalır, diğer nüshalar fatura ile birlikte Anabilim dalı sekreterliğine verilir.

Nüshalarda yüklenici firma kaşesi, cihaz/ürün/sistemin bulunduğu ilgili birim yetkilisinin, Biyomedikal Bölümü teknik elemanının ve yüklenici firma servis elemanının imzaları olmalıdır.

Bu rapor formlarında sözleşme gereği yapılması gereken işlerin tamamlandığı, işe başlama ve bitirme saatleri ile birlikte belirtilir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Yukarıda belirtilen parçaların ilgili cihaz ile birebir uyumlu olması ve sorunsuz çalışması gerekmektedir.

HAZIRLAYAN (Adı/Soyadı/İmza)	ONAY (BK) (Kaşe/İmza)

ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)	ONAY (Kaşe/İmza)
<p>İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ali Emrhan ÇİMCİ Dip. Tescil No: 43970 Anesteziyoloji Uzmanı</p>	<p>İstanbul Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Aysen YAVRU Dip. Tescil No: 38267 Anesteziyoloji Uzmanı</p>	<p>I.O. İstanbul Tıp Fakültesi Doç. Dr. NURHAN SIVRICOZ Dip. Tescil No: 111981 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı</p>