



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| MALZEMENİN ADI | TEK CERRAHİ ALETLER |
|----------------------------|---|
| FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> Cerrahi aletler; paslanmaz çelikten imal edilmiş, dış yüzeyler düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdır. Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar bulunmamalıdır. Cerrahi Aletlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası ve CE işareti ile paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de "stainless" ibaresi silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır. Film baskı (elektro stamp) yöntemi ile basılan yazı ve ibareler zamanla silinebildiği ve deformasyona uğradıklarından kabul edilmeyeceklerdir. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları gereği Ameliyathane salonlarındaki planlanan cerrahi operasyon tipine göre olması gereken sayıda ve çeşitlilikte aletlerin konteynerler içerisinde kullanıcılara sekinin hatasız bir şekilde sağlanması, setlerin doğru aletlerle paketlenmesinin tespiti, envanterleri, ne kadar kullanıldıkları, tamirlerinin takibi, aletlerin sterilizasyon tarihlerinin belirlenmesi, gerektiğinde hastalarla ilişkilendirilebilmesi ve olası insan kaynaklı hataların minimum seviyeye indirilmesi amacı ile teslim edilecek tüm cerrahi aletlerin üzerinde data matrix barkodları olmalıdır. Ürün eğer ithal ise aletlerin üzerinde bulunması gereken data matrix barkodlarının üretici fabrika tarafından yapıldığını belirten apostil kaşeli ve noter tasdikli belgenin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dosyası içerisinde sunulması zorunludur. Türk mahı ise üretici firmanın beyanının noter tasdikli örneğinin dosyada bulunması gereklidir. Bu belgeyi ibraz etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikli belgesi ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde teklif dosyası içerisinde olmalıdır. Teknik Komisyon uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletler kırılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli kabul edilip tercih edilebilecektir. İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler Teknik Şartname ve listesinde yazılı evsafi gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli teklif edeceği Cerrahi Aletler şartnamede belirtilen evsaf ve aynı fonksiyonları görecektir. Teklif edilen aletlerin ölçüleri (Mikro aletler hariç) istenilenden 20cm altı aletler için 1 cm +/- uzunluklarda olabilecektir, 20cm ve üstü aletler için 2 +/- olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana işlevini gören uç ve ağız kısmı ölçülerinde +/- %10 farklı olabilecek, işlevsel özelliklerinde şekil (eğim, kavis, kırım, serasyon vb.) ve metal yapısında istenilenin aynı olmak zorundadır. |
| KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> Türkiye'deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandıkları çelik ile ilgili olarak da, aynı şekilde ham veya yarı mamul halinde temin edilen çeliğin menşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları ve sertlik derecesi beyanı isteklinin teklifine ekte yine aynı şekilde noterlik ve apostil tasdikli olarak verilecektir. |
| KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ | <ol style="list-style-type: none"> Cerrahi Aletler her türlü standart sterilizasyon işlemlerine dayanıklı olacaktır. |
| NUMUNE KODU VE ÖZELLİKLERİ | <ol style="list-style-type: none"> Cerrahi aletler uygun şekilde paketlenmiş yada poşetlenmiş orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. İstenilen cerrahi aletler listesindeki ürünlerin tamamını tek seferde teslim etmelidir. |

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
İMZA - KİŞİSEL TES. No: 95777

I.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. O. Hakan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
İMZA - KİŞİSEL TES. No: 137867

Hemşire
Gelsin Kaya
İMZA - KAŞE



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

- İhale esnasında iştirakçi firmalar, alınacak setler içerisinde seçilmiş aşağıdaki numuneleri teklif dosyaları ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır. Teknik Komisyon, ihale listesindeki tüm setler için Kurumumuz tarafından belirlenen aşağıdaki numuneleri inceleyecektir.
- Numunelerin şekil ve fonksiyonları oluşturulacak bir uzman cerrahi ekip tarafından çıplak gözle, mikroskopla ve elle incelenerek test edilecektir, bu işlemler imalat sırasında da bu şekilde yapıldığından aletlerin özelliklerle;
 - Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan " elastik yapı" ya sahip olmalıdır.
 - Kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
 - Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağız ve dişleri karşılıklı tam olarak kapanmalıdır.
 - Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
 - Eklemsizlerde bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler olmalıdır.

Ayrıca gerek görülmesi halinde; alınan numunelerden, ihaleden sonra ilgili bölüm uzmanlarının seçeceği 2 adet cerrahi alet TSE, ODTÜ, TUBİTAK ya da hastanemizin belirleyeceği bir üniversite laboratuvarında korozyon testi ve aşağıdaki testlere tabi tutulmak üzere gönderilecek ve masraflar ilgili firma tarafından karşılanacaktır.

NUMUNE LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR :

| SN | Referans Kodu | Cerrahi Alet Adı | Adet |
|----|---------------|---|------|
| 1 | 09-008-27-07 | EKARTÖR, ABDOMEN, DENİS-BROWINE, ÇOCUKLAR İÇİN, KOMPLE | 1 |
| 2 | 10-104-41-07 | BİSTÜRİ SAPI, NO.4I, UZUN, 20,5 CM | 1 |
| 3 | 10-130-03-07 | BİSTÜRİ SAPI, NO. 3, 12CM | 1 |
| 4 | 10-137-07-07 | BİSTÜRİ SAPI, NO.7 16CM | 1 |
| 5 | 11-170-14-07 | MAYO MAKAS, DÜZ, 14.5CM | 1 |
| 6 | 11-255-14-07 | DİSEKSİYON MAKASI, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM | 1 |
| 7 | 11-671-15-07 | Makas süper kesen, Diseksiyon, Reynolds, eğri, 15.5 cm | 1 |
| 8 | 11-663-16-07 | SÜPER KESEN DİSEKSİYON MAKASI, BİR AĞIZ MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZ ÇİFT TARAF BİLEYLİ, LEXER-BABY, EĞRİ, 16CM | 1 |
| 9 | 11-887-18-07 | METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 18CM | 1 |
| 10 | 12-168-12-07 | PENSET/FORSEPS, ADSON, 12CM | 1 |
| 11 | 12-368-12-07 | DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, ADSON, 1X2DİŞLİ, 12CM | 1 |
| 12 | 12-372-12-07 | DİSEKSİYON PENSET/FORSEPS, SEMKEN, 1X2DİŞLİ, 12.5CM | 1 |
| 13 | 13-303-01-07 | PENS / FORSEPS, MIXTER-BABY, EĞRİ, 13.5CM | 1 |

TIBBİ ÖZELLİKLER

İMZA - KASE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - KASE
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. C. İlhan KOÇMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KASE
Görsel Yazar



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

TIBBİ ÖZELLİKLER

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 14 | 13-304-14-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, MİKRO-ADSON, 14CM | 1 |
| 15 | 13-310-12-07 | MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 12.5CM | 1 |
| 16 | 13-311-14-07 | MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 14CM | 1 |
| 17 | 13-330-14-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY, DÜZ, 14.5CM | 1 |
| 18 | 13-334-16-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY-RANKIN, DÜZ, 16CM | 1 |
| 19 | 13-346-16-07 | PENS / FORSEPS, CRILE-RANKIN, DÜZ, 16CM | 1 |
| 20 | 13-347-16-07 | PENS / FORSEPS, CRILE-RANKIN, EĞRİ, 16CM | 1 |
| 21 | 13-365-18-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, ADSON, EĞRİ, 18.5CM | 1 |
| 22 | 13-374-13-07 | PENS / FORSEPS, PEAN, İNCE, DÜZ, 13.5CM | 1 |
| 23 | 13-410-14-07 | PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 14.5CM | 1 |
| 24 | 13-410-18-07 | PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 18.5CM | 1 |
| 25 | 13-414-20-07 | KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 20.5CM | 1 |
| 26 | 13-451-13-07 | DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 13CM | 1 |
| 27 | 13-451-18-07 | DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 18CM | 1 |
| 28 | 13-915-11-07 | ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM | 1 |
| 29 | 14-223-27-07 | PENS / FORSEPS, GROSS-MAIER, EĞRİ, 26.5CM | 1 |
| 30 | 14-352-20-07 | PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, DÜZ 20,5 CM | 1 |
| 31 | 14-355-20-07 | PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, EĞRİ, 20.5CM | 1 |
| 32 | 15-291-03-07 | LANGENBECK EKARTÖR, 30X15MM, 22CM | 1 |
| 33 | 15-301-16-07 | EKARTÖR, LANGENBECK-GREEN, 6X16MM, 16CM | 2 |
| 34 | 15-655-00-01 | EKARTÖR, ROUX, SET, NO. 1-3, 17CM | 1 |
| 35 | 15-663-00-07 | EKARTÖR, FARABEUF, SET, 12CM | 1 |
| 36 | 15-750-13-07 | WEITLANER OTOMATİK EKARTÖR, SİVRİ, 3X4 KANCALI, 13.5CM | 1 |
| 37 | 15-828-00-07 | KARIN (ABDOMINAL) EKARTÖRÜ, RICARD, KOMPLE, UÇLARI DAR, 28CM | 1 |
| 38 | 15-844-00-07 | KARIN (ABDOMINAL) EKARTÖRÜ, GOSSET, 16.5CM | 1 |

İMZA - KAŞE
İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - KAŞE
İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. O. Hakan KOÇAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KAŞE
Hemşire
Gülşah Yılmaz
A. Yılmaz



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| 39 | 18-523-08-01 | EMME TÜPÜ, FRAZIER, 2.7MM, 19.5CM | 1 |
| 40 | 20-610-18-07 | JABOMA MİKRO PORTEGÜ, TUNSTEN KARBİD AĞIZLI, 18CM | 1 |
| 41 | 20-642-18-07 | TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 18.5CM | 1 |
| 42 | 23-125-10-07 | STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 20.5CM | 1 |
| 43 | 24-386-16-07 | DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 1.5MM, 16CM | 1 |
| 44 | 24-425-25-07 | SATINSKY ATRAVMATİK TEĞETSEL KLEMP / FORSEPS, 26.5CM | 1 |
| 45 | 30-136-16-07 | ATRAVMATİK DOKU PENSİ / FORSEPSİ, ALLIS, 15.5CM | 1 |
| 46 | 30-196-16-07 | ATRAVMATİK DOKU PENSİ / FORSEPSİ, BABCOCK, 16CM | 1 |
| 47 | 30-277-18-07 | BAĞIRSAK PENSİ / FORSEPSİ, DOYEN-BABY, EĞRİ, 17.5CM | 1 |
| 48 | 30-519-16-07 | PYLORUS EKARTÖR, BENSON, 15.5CM | 1 |
| 49 | 30-555-25-07 | ATRAVMATİK BAĞIRSAK PENSİ / FORSEPSİ, MAYO-ROBSON, EĞRİ, 25CM | 1 |
| 50 | 32-900-02-07 | SIMON UTERİN KÜRETİ/KEPÇESİ, NO. 2, 23.5CM | 1 |
| 51 | 38-352-15-04 | DİL BASACAĞI, PLASTİK, 15CM | 1 |
| 52 | 55-440-13-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 30X30X14CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 1 |
| 53 | 55-441-13-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X14CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 1 |
| 54 | 55-441-15-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X16CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 1 |
| 55 | 55-442-15-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X16CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 1 |
| 56 | 55-804-26-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARS SAFE, 1/2, 240X251X64MM | 1 |
| 57 | 55-804-42-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARS SAFE, 3/4, 407X251X44MM | 1 |
| 58 | 55-804-43-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARS SAFE, 3/4, 407X251X64MM | 1 |
| 59 | 55-804-55-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARS SAFE, 1/1, 532X251X44MM | 1 |
| 60 | 55-807-24-04 | SİLİKON ÇİM, 234X244MM | 1 |

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İMZA - KAŞE
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İMZA - KAŞE
Doç. Dr. O. Hakan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
No: 137867

İMZA - KAŞE
Hemşire
Gözetim
Hemşire



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| 61 | 55-807-41-04 | SİLİKON ÇİM, 394X244MM | 1 |
| 62 | 55-807-54-04 | SİLİKON ÇİM, 524X244MM | 1 |
| 63 | 56-231-08-01 | METAL TAS, H = 40, Ø 80MM, 0.14 L | 1 |
| 64 | 56-231-11-01 | METAL TAS, H = 50, Ø 116MM, 0.25 L | 1 |
| 65 | 56-231-14-01 | METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L | 1 |
| 66 | 56-256-02-01 | ÖLÇEKLİ METAL TAS, 250 CCM | 1 |
| 67 | 56-673-17-01 | BÖBREK KÜVET, 170X100X35MM | 1 |
| 68 | 80-992-17-04 | Yapışmaz, kırmızı penset, bayonet şeklinde, ucu düz, 1.0mm uç genişliği, 17cm | 1 |

TALEP EDİLEN CERRAHİ EL ALETLERİNİN LİSTESİ AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

| SN | Referans Kodu | Cerrahi Alet Adı | Adet |
|----|---------------|---|------|
| 1 | 09-008-27-07 | EKARTÖR, ABDOMEN, DENİS-BROWİNE, ÇOCUKLAR İÇİN, KOMPLE | 2 |
| 2 | 10-104-41-07 | BİSTÜRİ SAPI, NO.4I, UZUN, 20,5 CM | 1 |
| 3 | 10-130-03-07 | BİSTÜRİ SAPI, NO. 3, 12CM | 10 |
| 4 | 10-137-07-07 | BİSTÜRİ SAPI, NO.7 16CM | 1 |
| 5 | 11-170-14-07 | MAYO MAKAS, DÜZ, 14.5CM | 9 |
| 6 | 11-255-14-07 | DİSEKSİYON MAKASI, KÜNT/KÜNT, EĞRİ, 14.5CM | 1 |
| 7 | 11-671-15-07 | Makas süper kesen, Diseksiyon, Reynolds, eğri, 15.5 cm | 20 |
| 8 | 11-663-16-07 | SÜPER KESEN DİSEKSİYON MAKASI, BİR AĞIZ MİKRO SERASYONLU, DİĞER AĞIZ ÇİFT TARAF BİLEYLİ, LEXER-BABY, EĞRİ, 16CM | 2 |
| 9 | 11-887-18-07 | METZENBAUM AQUILA TUNGSTEN KARBİD VE TIRTIKLI AĞIZLI DİSEKSİYON MAKASI, EĞRİ, 18CM | 3 |
| 10 | 12-168-12-07 | PENSET/FORSEPS, ADSON, 12CM | 7 |
| 11 | 12-368-12-07 | DOKU PENSETİ/FORSEPSİ, ADSON, 1X2DİŞLİ, 12CM | 3 |
| 12 | 12-372-12-07 | DİSEKSİYON PENSET/FORSEPS, SEMKEN, 1X2DİŞLİ, 12.5CM | 19 |
| 13 | 13-303-01-07 | PENS / FORSEPS, MIXTER-BABY, EĞRİ, 13.5CM | 24 |

İMZA - KAŞE
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - KAŞE
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. O. Hakan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - KAŞE

Hande Gökalp



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| | | | |
|----|--------------|--|----|
| 14 | 13-304-14-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, MİKRO-ADSON, 14CM | 4 |
| 15 | 13-310-12-07 | MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 12.5CM | 12 |
| 16 | 13-311-14-07 | MOSQUITO HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, EĞRİ, 14CM | 5 |
| 17 | 13-330-14-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY, DÜZ, 14.5CM | 36 |
| 18 | 13-334-16-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, KELLY-RANKIN, DÜZ, 16CM | 3 |
| 19 | 13-346-16-07 | PENS / FORSEPS, CRILE-RANKIN, DÜZ, 16CM | 20 |
| 20 | 13-347-16-07 | PENS / FORSEPS, CRILE-RANKIN, EĞRİ, 16CM | 53 |
| 21 | 13-365-18-07 | HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, ADSON, EĞRİ, 18.5CM | 1 |
| 22 | 13-374-13-07 | PENS / FORSEPS, PEAN, İNCE, DÜZ, 13.5CM | 6 |
| 23 | 13-410-14-07 | PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 14.5CM | 22 |
| 24 | 13-410-18-07 | PEAN HEMOSTATİK PENS / FORSEPS, DÜZ, 18.5CM | 3 |
| 25 | 13-414-20-07 | KOCHER PENS / FORSEPS, 1X2DİŞLİ, DÜZ, 20.5CM | 6 |
| 26 | 13-451-13-07 | DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 13CM | 24 |
| 27 | 13-451-18-07 | DİSEKSİYON PENSİ / FORSEPSİ, GEMİNİ, EĞRİ, 18CM | 3 |
| 28 | 13-915-11-07 | ÇAMAŞIR KLEMPİ / FORSEPSİ, BACKHAUS, SİVRİ, 11CM | 51 |
| 29 | 14-223-27-07 | PENS / FORSEPS, GROSS-MAIER, EĞRİ, 26.5CM | 6 |
| 30 | 14-352-20-07 | PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, DÜZ 20,5 CM | 4 |

İMZA - İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. O. Hakan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KAŞE

Hemşire
Gülşah Kaya



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| | | | |
|----|--------------|--|----|
| 31 | 14-355-20-07 | PENS / FORSEPS, FOERSTER, TUTUCU AĞIZI TIRTIKLI, EĞRİ, 20.5CM | 5 |
| 32 | 15-291-03-07 | LANGENBECK EKARTÖR, 30X15MM, 22CM | 1 |
| 33 | 15-301-16-07 | EKARTÖR, LANGENBECK-GREEN, 6X16MM, 16CM | 2 |
| 34 | 15-655-00-01 | EKARTÖR, ROUX, SET, NO. 1-3, 17CM | 20 |
| 35 | 15-663-00-07 | EKARTÖR, FARABEU, SET, 12CM | 25 |
| 36 | 15-750-13-07 | WEITLANER OTOMATİK EKARTÖR, SIVRI, 3X4 KANCALI, 13.5CM | 6 |
| 37 | 15-828-00-07 | KARIN (ABDOMINAL) EKARTÖRÜ, RICARD, KOMPLE, UÇLARI DAR, 28CM | 10 |
| 38 | 15-844-00-07 | KARIN (ABDOMINAL) EKARTÖRÜ, GOSSET, 16.5CM | 2 |
| 39 | 18-523-08-01 | EMME TÜPÜ, FRAZIER, 2.7MM, 19.5CM | 10 |
| 40 | 20-610-18-07 | JABOMA MİKRO PORTEGÜ, TUNSTEN KARBİD AĞIZLI, 18CM | 16 |
| 41 | 20-642-18-07 | TUNGSTEN KARBİD AĞIZLI PORTEGÜ / İĞNE TUTUCU, MAYO-HEGAR, 18.5CM | 40 |
| 42 | 23-125-10-07 | STİLLE OSTEOTOM/KESKİ, 10MM, 20.5CM | 2 |
| 43 | 24-386-16-07 | DE BAKEY ATRAVMATİK PENSET / FORSEPS, 1.5MM, 16CM | 34 |
| 44 | 24-425-25-07 | SATINSKY ATRAVMATİK TEĞETSEL KLEMP / FORSEPS, 26.5CM | 2 |
| 45 | 30-136-16-07 | ATRAVMATİK DOKU PENSİ / FORSEPSİ, ALLIS, 15.5CM | 3 |
| 46 | 30-196-16-07 | ATRAVMATİK DOKU PENSİ / FORSEPSİ, BABCOCK, 16CM | 13 |
| 47 | 30-277-18-07 | BAGIRSAK PENSİ / FORSEPSİ, DOYEN-BABY, EĞRİ, 17.5CM | 4 |

İMZA - İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. C. Hakan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KAŞE

Hemşire
Gözetim Uzmanı
Kocaman



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| | | | |
|----|--------------|--|---|
| 48 | 30-519-16-07 | PYLORUS EKARTÖR, BENSON, 15.5CM | 1 |
| 49 | 30-555-25-07 | ATRAVMATİK BAĞIRSAK PENSİ / FORSEPSİ, MAYO-ROBSON, EĞRİ, 25CM | 2 |
| 50 | 32-900-02-07 | SIMON UTERİN KÜRETİ/KEPÇESİ, NO. 2, 23.5CM | 3 |
| 51 | 38-352-15-04 | DİL BASACAĞI, PLASTİK, 15CM | 3 |
| 52 | 55-440-13-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 30X30X14CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 2 |
| 53 | 55-441-13-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X14CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 3 |
| 54 | 55-441-15-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 47X30X16CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 4 |
| 55 | 55-442-15-04 | STERİLİZASYON KONTEYNERİ MİKRO STOP, KAPAĞI TAMAMEN ISIYA VE DARBELERE DAYANIKLI POLİMER MALZEMEDEN İMAL EDİLMİŞ, 60X30X16CM, ELCEKLERİ GRİ RENKLİ | 1 |
| 56 | 55-804-26-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/2, 240X251X64MM | 2 |
| 57 | 55-804-42-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 3/4, 407X251X44MM | 8 |
| 58 | 55-804-43-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 3/4, 407X251X64MM | 3 |
| 59 | 55-804-55-01 | STERİLİZASYON İÇİN MESH SEPET, MARSAFE, 1/1, 532X251X44MM | 2 |
| 60 | 55-807-24-04 | SİLİKON ÇİM, 234X244MM | 2 |
| 61 | 55-807-41-04 | SİLİKON ÇİM, 394X244MM | 8 |
| 62 | 55-807-54-04 | SİLİKON ÇİM, 524X244MM | 1 |
| 63 | 56-231-08-01 | METAL TAS, H = 40, Ø 80MM, 0.14 L | 6 |

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95177

I.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. Ozhan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KAŞE

Hemşire
Gülşah Mese
Hemşire



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

| | | | |
|----|--------------|---|----|
| 64 | 56-231-11-01 | METAL TAS, H = 50, Ø 116MM, 0.25 L | 9 |
| 65 | 56-231-14-01 | METAL TAS, H = 65, Ø 147MM, 0.75L | 2 |
| 66 | 56-256-02-01 | ÖLÇEKLİ METAL TAS, 250 CCM | 1 |
| 67 | 56-673-17-01 | BÖBREK KÜVET, 170X100X35MM | 4 |
| 68 | 80-992-17-04 | Yapışmaz, kırmızı penset, bayonet şeklinde, ucu düz, 1.0mm uç genişliği, 17cm | 11 |

3. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu aynı zamanda ihaleye verilecek üreticinin orijinal katalog bilgileri ile de teyit edilecektir. Format sorunlarından dolayı CD kataloglar veya cerrahi aletlerin tam görülemediği ve bilgilerin okunmadığı için fotokopi olarak katalog verilmeyecek teklif edilen cerrahi el aletlerinin Orijinal katalogu verilecektir.
4. Teklif veren firmanın kendi markasına ait katalog numaralarını bir veya birden fazla kalemde yazmaması ya da özel üretim ve benzeri ibarelerle belirtmesi veya yanlış katalog numarası durumunda firmanın o set'e ait teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
5. Teklif edilen malzeme T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, ulusal bilgi bankası koduna ait ulusal bilgi bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.
6. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
7. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
8. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
9. Yerli ürünlerde imalatçı firmanın, ithal ürünlerde ise distribütör firmanın "TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi".
10. İsteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında kaydı yapılmamış ve Sağlık Bakanlığından onaylanmış barkod numaraları kayıtlı olmayan ithal ya da imal ürünler piyasaya arz edilmeyecek ve ihalelere teklif verilmeyecektir. Yine aynı şekilde ithalatçı ya da imalatçı firmalar tarafından ihaleye iştirak edecek olan bayilerin de Ulusal Bilgi Bankası veri tabanına kayıtlı olması zorunludur.
11. Teklif edilen ürünler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde 5 yıl garantili olacaktır. Garanti; üretici fabrika, ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından ayrı ayrı verilecektir. Üretici firmanın yurt dışında olması durumunda kurum adına ve ihale kayıt no su ile hazırlanmış olan ihale ilan tarihinden sonra hazırlanmış belge aslı yanında noter onaylı Türkçe tercümelisi hali de verilmelidir. Cerrahi aletler 5 (beş) yıl süre ile parça dahil ücretsiz bakım onarım garantisinde olmalıdır. En az 10 yıl ücreti karşılığında yedek parça ve servis garantisine sahip olmalıdır. Ayrıca İstekliler teklif dosyaları içinde teklif ettikleri cerrahi aletlerden

İMZA - KAŞE
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Basak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İMZA - KAŞE
İ.U. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. O. Hakan KOCAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KAŞE
Hemşire
Gülşah Nispet
Dip. Tes. No: 137867



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
CERRAHİ EL ALETİ TEKNİK
ŞARTNAME FORMU

İSTANBUL TIP
FAKÜLTESİ

- garanti süresi içerisinde bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletlerin 45 gün içerisinde yenileri ile değiştirilecektir.
12. Aşağıdaki hususlar garanti belgesinde yazılı olacaktır.
 - a. Garanti süresi içinde kullanım ve bakım ve sterilizasyon hataları hariç, bozulan aletler yenisi ile değiştirilecek, tamiri cihetine gidilmeyecektir.
 - b. Üretici fabrikanın Türkiye Mümessilliği veya temsilciliğinde değişiklik olması halinde, atanacak yeni mümessil veya temsilci de aynı garantileri üstlenecektir.
 - c. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir.
 - d. İstekliler, ürünlerin tesliminden sonraki 5 yıl içinde kullanım hatası dışında paslanma, deforme olma, kırılma ve benzeri üretim hataları durumunda 45 iş günü içinde yerine yenisini getireceklerine dair taahhütname vereceklerdir.
 - e. İstekli firma garanti şartlarını karşılamak ve cerrahi alet bakım onarım hizmetleri için yurt içinde bu hizmetlerin karşılandığı servislerin bilgilerini içeren bir belge vermelidir.
 13. Cerrahi Aletler MARTİN marka kataloğuna göre hazırlanmıştır.
 14. İlgili cerrahi aletler taraflarca sözleşmenin imzalanmasından itibaren 60 takvim günü içerisinde tek seferde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun olarak İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Ayniyat Deposu'na teslim edilecektir.
 15. İlgili cerrahi aletler kısmi teklife kapalıdır.
 16. İmalatçı firmanın ürünlerine ait genel garanti belgesi vereceklerdir.

İmza: İstanbul Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Başak ERGİNEL
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 95777

İ.O. İstanbul Tıp Fakültesi
Doç. Dr. O. Y. İsmail KOÇAMAN
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
Dip. Tes. No: 137867

İMZA - KAŞE

Herneke
Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
İmza