



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



MALZEMENİN ADI	BOWIE- DICK TEST PAKETİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	<ol style="list-style-type: none">1. Buhar geçişini kontrol etmek için kağıt bariyerlere sahip olmalıdır. Test paketi 300gr (+/-20gr) veya en az 400 yaprak olmalı, ebatları 12,5*12,5*3.2cm(+1cm) olmalıdır.2. Medikal kâğıda sarılı veya kutu şeklinde olan test paketi üzerinde bir işlem indikatörü olmalıdır.3. Tek kullanımlık olmalıdır.4. Kağıt bariyerlerin tam ortasında otoklavdaki buhar geçiş ve hava kaçak problemlerini tespit etmek için film ya da lak kaplı özel indikatör baskılı test kartı olmalıdır. Test kartının üzerinde; hastane adı, bölüm, otoklav no, döngü no ve tarihin yazılabileceği bölümler olmalıdır.5. İndikatör stribinin hammaddesi 250 gr/m²beyaz bristol kâğıttan olmalıdır.6. İndikatör su bazlı olmalıdır. Etiket üzerindeki indikatör, sterilizasyon işlemi sonrasında belirgin derecede zıt bir renge dönmelidir.7. Otoklavlardaki seri kullanıma başlamadan önce bowie-dick programında kullanıma uygun olup problemleri tespit edebilmelidir. (134-137°de 3.3-3.5 dak'da).8. Ürün ile birlikte renk dönüşüm skalası temin edilmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1.Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	1. Sterilizasyon ünitelerinde kullanılacaktır.
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	<ol style="list-style-type: none">1. Ürünün teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 18 ay olmalıdır.2. Yüklenici firma, malzemenin miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmayan malzemeleri en az 1 (bir) yıllık miada sahip ürünle en geç 15 gün içinde değiştirmelidir.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	<ol style="list-style-type: none">1.Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Yüklenici firma sipariş verildiği tarih itibarıyla en geç 15 takvim günü içinde teslim etmek zorundadır.2.Malzemeler yüklenici tarafından Sarf Malzeme Ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

İMZA-KAŞE

Fatma Vatansever

Monoblok Ameliyathaneler
Sorumlusu
Uzm. Hemşire Çiğdem PERİM

Monoblok Ameliyathaneler
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Sibel TOPRAK



T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME FORMU



**ZORUNLU
ÖZELLİKLER**

- 1.İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere **en az 1 paket** numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.
- 2.Her 100 adet test paketine 15 adet cihazla uyumlu yazıcı rulosu verilecektir.
- 3.Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

İMZA-KAŞE

Rahma Yedorsaw

İMZA-KAŞE

Monoblok Ameliyathaneler
Sorumlusu
Uzm. Hem. *Rahma* PERİM

İMZA-KAŞE

Sibel
Monoblok Ameliyathaneleri
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu
Sibel TOPRAK