



T.C.  
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
SARF MALZEME TEKNİK ŞARTNAME  
FORMU

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ   
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ   
DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ   
KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ   
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

MALZEMENİN ADI	<b>KOLANJİYOSKOPİ PROBU 2.6 MM</b> <b>KOLANJİYOSKOPİ PROBU 3.8 MM</b>
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ	1. Ürünün 4 yönlü (aşağı, yukarı, sağ, sol) manevra kabiliyeti olmalıdır. 2. Ürünün kateter uzunluğu 2130 mm, dış çapı 2,6 mm- 2150 mm ,dış çapı 3,8 mm arasında uzunluk ve çapa sahip olmalıdır. 3. Ürün, sinyal çevirici ile USB-C girişli Android ve Windows sistem kullanılan telefon, tablet ve monitörlere görüntü aktarımı yapabilmelidir. 4. Üründe manevra kilitleme butonu ve ekran görüntüsü alma butonu olmalıdır. 5. Ürünün kamera ucunda 2 adet LED ışık kaynağı olmalıdır, aynı zamanda yazılım üzerinden LED ışık açma/kapama fonksiyonları kontrol edilebilmelidir. 6. Yüklenici firma sarf malzemeler tükeninceye dek ilgili kliniğe 1 adet cihazı konsinye olarak teslim etmelidir.
KİMYASAL ÖZELLİKLERİ	
DEPOLAMA ŞARTLARI	1. Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.
KULLANIM YERİ VE ÖZELLİĞİ	
ÜRETİM TARİHİ VE MİADI	1. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olmalıdır.
AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI	1. T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 2. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır. 3. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 4. Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
TIBBİ ÖZELLİKLERİ	
TESLİMAT ŞEKLİ	1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idarenin talebi üzerine tek seferde teslim edilecektir. Ancak idarenin talep ettiği malzemeler yüklenici firma tarafından en geç 15 takvim günü içinde teslim edilmek zorundadır. 2. Malzeme yüklenici tarafından sarf malzeme ambarına veya birim deposuna getirilecek ve gösterilen yere elemanları vasıtasıyla istif edilmesi kaydıyla teslim etmek zorundadır.
ZORUNLU ÖZELLİKLER	1. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir. Kapsam dışı ise "Kapsam dışı beyanı" verilmelidir. 2. İstekliler, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere <b>en az ...1.. adet</b> numuneyi ihale esnasında komisyona teslim edilecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır. 3. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir. 4. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

İMZA-KAŞE

Prof. Dr. Sebahattin KAYMAKOĞLU  
İç Hastalıkları Uzmanı  
Gastroenteroloji Hastalıkları  
İstanbul Tıp Fakültesi  
16867

İMZA-KAŞE  
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
İç Hastalıkları/Gastroenteroloji Uzmanı  
Prof. Dr. Aslı ÇİFTÇİ  
Dip. Tesc. No: 117736 / 1036

İMZA-KAŞE  
T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ  
Gastroenteroloji Fakültesi  
Gastroenteroloji ve Hepatoloji B D  
Doç. Dr. Engin CAVUŞ  
Dip. Tes. No: 117736/1036/123288